

TEKNİK ŞARTNAME

J01-010469 - NON STERİL MUAYENE ELDİVENİ (PUDRASIZ) (MEDIUM)

1. Eldiven vinilden imal edilmiş, renksiz, kokusuz, esnek ve yumuşak olmalıdır.
2. Eldivenler latex içermemeli, iç yüzeyi pudrasız ve hipoallerjik olmalıdır.
3. Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti olmalı ve giyerken yırtılmamalı, sağ ve sol el farkı olmadan her iki elde de rahatça kullanılabilir olmalıdır.
4. Eldivenin kıvrılmış konç ucu, kaymayı engelleyerek, uzun süreli kullanımına imkan vermelidir.
5. Müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmeli, sıvı geçirgenliği olmamalı, kan teması halinde viral ve bakteriyal bulaşmayı engellemelidir.
6. Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.
7. Eldivenler orta, (medium) boyda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.
8. Eldivenler yırtık - delik olmamalı, eldivenlerin yüzeyinde kullanımı negatif etkileyeceğ etkili ve çatlak-kabarcık ve lekeler bulunmamalıdır.
9. Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermeme amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.
10. Eldivenler boylarına göre farklı renklerdeki ambalajlarda olmalı, kutu üzerinde boyuta ait ibareler rahat görülebilir olmalı ve kutu içerisinde tek tek alınmasına imkan sağlayan delik baskılı bölüm olmalıdır.
11. Eldivenler 50 - 100 adetlik ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ürünün markası, numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır.
13. Yerli üretim eldivenler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve TSE imalat yeterlilik belgesine haiz olmalıdır. İthal eldivenler ise Uluslar arası Standartlardan (CE, ISO veya eşdeğeri) en az birini içermelidir.
14. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası firma/ Bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeden her boy için en az bir kutu numune teslim etmelidir ve nihai karar numunelerin değerlendirilmesi sonucu verilecektir

**Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezji ve Reanimasyon
Dip.No:825 - Dip.Tes.Nos:974**