



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2023/024-04-1670  
Konu : 2 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Radyoloji Depoları / Radyoloji A.D. Stogu  
Son Teslim Tarih & Saat : 16/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 05/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Uzerrinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerin imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceği FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.
- TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA : hasanesatirnalma@gazi.edu.tr

İHTİVAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01B467	GR1240 DILATOR (GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ) 8 F.	150	ADET
2	J01-01A767	GR1240 DILATOR (GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ) 10 F.	50	ADET

Memiş COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihis.gazi.edu.tr  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı  
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı  
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Tarih:

**Dilatör Şartnamesi**

**J01-01B467**

**SUT KODU: KV1210**

1. Dilatörün içinden 0.038 Guide Wire geçebilmelidir.
2. Dilatörün uzunluğu 17 cm ile 22 cm arası olmalıdır.
3. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır
4. Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5. Dilatatörler kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır
6. Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir
7. Dilatörlerin 8F kalınlıkta olmalıdır.
8. Bölümün talebine göre alınacak dilatörlerin ölçüleri belirlenecektir.
9. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki dilatörleri istenilen ölçüdeki dilatörlerle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.
10. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Suna Özhan OKTAR  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan İLGİT  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Başkanı



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı  
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı  
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Tarih:

**Dilatör Şartnamesi**  
**J01-01A767**  
**SUT KODU: KV1210**

1. Dilatörün içinden 0.038 Guide Wire geçebilmelidir.
2. Dilatörün uzunluğu 17 cm ile 22 cm arası olmalıdır.
3. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır
4. Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5. Dilatatörler kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır
6. Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir
7. Dilatörlerin 10F kalınlıkta olmalıdır.
8. Bölümün talebine göre alınacak dilatörlerin ölçüleri belirlenecektir.
9. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki dilatörleri istenilen ölçüdeki dilatörlerle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.
10. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr.Suna Özhan OKTAR  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Öğretim Üyesi

Prof. Dr.Erhan İLGİT  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Başkanı