



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26167

Döküm Tarihi : 22/04/2024 15:05:00

İstem Tarihi : 22/04/2024

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-013572

KR1029 GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 6 F. 125 CM.

- 1- Sağ ventrikülün geçici olarak pace edilmesinde kullanılacaktır.
- 2- Elektrotun distal ucunda "tip" ve "ring" elektrotları bulunmalıdır. Elektrod bipolar olmalıdır.
- 3- Proksimal ucunda negatif ve pozitif 2 (iki) ayrı ucu bulunacaktır.
- 4- Yumuşak meteryalden yapılmış olacaktır.
- 5- Radyoopak olmalıdır.
- 6- Steril orijinal ambalajında olacaktır.
- 7- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
- 8- Teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay miatlı olacaktır.
- 9- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Prof. Dr. Hüseyin Murat ÖZDEMİR T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi Kardiyoloji E-posta No: 91AB 136 Telefon No: 478650</p> <p>Prof. Dr. Sedat TUNÇKAYA T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Kardiyoloji E-posta No: 91AB 136 Telefon No: 478650</p>	

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi