



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstemi No/Alım No : 2103024-05-1884
Konu : 2. Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Nefroşiruji Yoğun Bakım Stajü
Son Teslim Tarih & Saat : 06/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye , kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01C673	DİFÜZÖR MASKE (HAZNESİZ)	50	ADET
2	J01-01C671	DİFÜZÖR MASKE (HAZNELİ)	50	ADET


Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teklifat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26199
İstem Tarihi : 25/04/2024
Bölüm Adı : Nöroşirurji Yoğun Bakım Stoğu

Döküm Tarihi : 25/04/2024 09:14:00

Malzeme Kodu : J01-01C673
Malzeme Adı : DİFÜZÖR MASKE (HAZNESİZ)

DİFÜZÖR MASKE (yetişkin) TEKNİK ŞARTNAMESİ.


1. Maske yüksek konsantrasyonlarda FİO₂ vermek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Hem ağız hem de burundan nefes alan hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.
3. 360 derece dönebilen, 215 (± 30) CM uzunluğunda, şeffaf oksijen bağlantı hortumu olmalıdır.
4. Oksijen hortumunun maske tarafından konsantrasyonu arttırmak için özel konik yapısı olmalıdır.
5. Maske üzerinde, Nazogastrik sonda geçişine izin veren yapıda boşlukları olmalıdır.
6. Maske üzerinde, ağız bakımı ve aspirasyon imkanı sağlayacak boşlukları olmalıdır.
7. Maske hasta da İntrasek peep meydana getirmemelidir.
8. Maskenin üzerinde CO₂ nin yeniden solunmasını engelleyecek yapıda boşlukları olmalıdır.
9. Maske ile,
3LPM / %30-60
5LPM / %36-69
7LPM / %48-80
10LPM / %53-85
12LPM / %57-89
>15LPM / %60-90 oranlarında FİO₂ sağlanmalıdır.
10. Maskenin ambalajı ve saklama koşulları; anatomik yapısının bozulmasını engelleyecek şekilde bir kalıp ile desteklenmiş olmalıdır.
11. Maske ilgili klinik de denenerek uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diyama No: 413
Dip Tes. 54473

Doç. Dr. Burak KARAASLAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: Cİ 1186 Dip. Tes. No: 130750

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26199
İstem Tarihi : 25/04/2024
Bölüm Adı : Nöroşirurji Yoğun Bakım Stoğu

Döküm Tarihi : 25/04/2024 09:15:00

Malzeme Kodu : J01-01C671
Malzeme Adı : DİFÜZÖR MASKE (HAZNELİ)

NEBULİZÖRLÜ DİFÜZÖR MASKE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske yüksek konsantrasyonlarda FİO₂ ve etkili nebul tedavisini bir arada sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Maske ile,
4LPM / %39-44
6LPM / %49-55
8LPM / %59-63
10LPM / %68-73
12LPM / %73-77
?15LPM / %80-85 oranlarında FİO₂ sağlanmalıdır.
3. Hem ağız hem de burundan nefes alan hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.
4. Maskenin nebul çıkışı yeri, ilacın optimum düzeyde verilebilmesi için uygun açıda ve yerde bulunmalıdır.
5. Maske üzerinde oksijen konsantrasyonu arttırmak için difüzör konik yapı olmalıdır.
6. Maskenin üzerinde CO₂ nin yeniden solunmasını engelleyecek yapıda boşlukları olmalı, hasta da İntrensek peep meydana getirmemelidir.
7. Maske üzerinde, Nazogastrik sonda geçişine izin veren ve aspirasyon imkanı sağlayacak yapıda boşlukları olmalıdır.
8. Maske altında hem oksijen hem de nebul haznesinin takılabileceği konektör olmalıdır.
9. Maske ile düşük akımlarda yüksek ilaç çıkışı sağlayan nebul haznesi olmalıdır.

Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ
T.C. G.U.T. E. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip Tes. 54473

Doç. Dr. Burak KARASLAN
T.C.G. E. Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: Cİ 1188 Dip. Tes. No: 130750

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN