



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21092024-05-1885

Konu : 18 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu

Son Teslim Tarih & Saat : 07/05/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J09-090287	CERRAHİ EMME VE YIKAMA TÜPÜ.	1	ADET
2	J09-090841	PORTEGÜ LAPAROSKOPIK (ASİSTAN İÇNE TUTUCU)	2	ADET
3	J09-090841	PORTEGÜ LAPAROSKOPIK (ASİSTAN İÇNE TUTUCU)	2	ADET
4	J09-090246	FORCEPS İÇ AKSAMI	2	ADET
5	J09-090247	FORCEPS DIŞ TÜP.	2	ADET
6	J09-091477	ELCEK (CERRAHİ ENSTURMANLAR İÇİN).	2	ADET
7	J09-090246	FORCEPS İÇ AKSAMI	2	ADET
8	J09-090247	FORCEPS DIŞ TÜP.	2	ADET
9	J09-091477	ELCEK (CERRAHİ ENSTURMANLAR İÇİN).	2	ADET
10	J09-090246	FORCEPS İÇ AKSAMI	1	ADET
11	J09-090247	FORCEPS DIŞ TÜP.	1	ADET
12	J09-091477	ELCEK (CERRAHİ ENSTURMANLAR İÇİN).	1	ADET
13	J09-090246	FORCEPS İÇ AKSAMI	1	ADET
14	J09-090247	FORCEPS DIŞ TÜP.	1	ADET
15	J09-091477	ELCEK (CERRAHİ ENSTURMANLAR İÇİN).	1	ADET
16	J09-090246	FORCEPS İÇ AKSAMI	2	ADET
17	J09-090247	FORCEPS DIŞ TÜP.	2	ADET
18	J09-091477	ELCEK (CERRAHİ ENSTURMANLAR İÇİN).	2	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

LAPAROSKOPİ EL ALETLERİ SETİ

1- Aletlerin tam uyumlu çalışması açısından tüm kalemlere teklif verilmelidir.

1 ADET EMME VE İRRİGASYON TÜPÜ J09-090287

1. Anti- reflex yüzeyle, tek el kontrolü için iki yollu musluk bulunmalıdır.
2. Çapı 5 mm ve uzunluk 43 cm olmalıdır.

2- İĞNE TUTUCU(2 adet) J09-090841

- 1.5 mm çap ve shaft uzunluğu en az 33 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.Reusable özellikte olmalıdır.
- 3.İğne tutucunun çenesi sağa açılı ve tek çene hareketli olmalıdır.
- 4.Kabza kısmı tutaçları açılı olmalıdır.
- 5.Kilitleme ya da serbest çalışmaya olanak verecek şekilde dizayn edilmiş raket mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6.Dayanıklılığını artırmak amaçlı iç aksamı tungsten karbit maddesinden yapılmış olmalıdır.
- 7.3 parçaya ayrılabilmelidir.
- 8.0-7 suture iğneleri ile uyumlu olmalıdır.

3 - İĞNE TUTUCU (2 adet) J09 - 090841

- 1.5 mm çap ve shaft uzunluğu en az 33 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.eusable özellikte olmalıdır.
- 3.İğne tutucunun çenesi sola açılı ve tek çene hareketli olmalıdır.
- 4.Kabza kısmı tutaçları açılı olmalıdır.
- 5.Kilitleme ya da serbest çalışmaya olanak verecek şekilde dizayn edilmiş raket mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6.Dayanıklılığını artırmak amaçlı iç aksamı tungsten karbit maddesinden yapılmış olmalıdır.
- 7.3 parçaya ayrılabilmelidir.
- 8.0-7 suture iğneleri ile uyumlu olmalıdır.

BOWEL KAVRAMA FORSEPSİ (2 adet)

Teklif edilen forseps aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
2. Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalıdır.
3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalıdır.
4. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
- 5.Atravmatik, delikli, uzun ve çift çene hareketli olmalıdır. Bağırsak tutmak için uygun yapıda olmalıdır.
- 6.Çene uzunluğu 37 mm olmalıdır.
7. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

4- * 1 Adet Geniş Tutamaçlı Plastik Kabza , kilitsiz J09-092246

5- * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp J09-092247

6- * 1 Adet Forseps uç aksamı. J09-091477

BOWEL KAVRAMA FORSEPSİ (2 adet)

Teklif edilen Forseps aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır :

1. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
2. Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalıdır.
3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalıdır.
4. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
5. Çift çene hareketli ve delikli olmalıdır.
- 6.Çene uzunluğu 37 mm olmalıdır.
7. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

7- * 1 Adet Plastik Kabza, hem kilitli hem kilitsiz kullanıma uygun olmalıdır.

8 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp 009-090247

9 - * 1 Adet Forseps iç aksamı. 009-091477

CROCE - OLMİ KAVRAMA FORSEPSİ (1 adet)

Teklif edilen kavrama forsepsini aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

1. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
2. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalıdır,
3. Çapı en fazla 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır.
4. Unipolar koagülasyon için pin konnektörlü olmalıdır.
5. Tek çene hareketli, uç kısmı eğimli yapıda, atravmatik ve fenestre nitelikte olmalıdır.
6. Çene uzunluğu 27 mm olmalıdır.
7. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

10 - * 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması 009-090246

11 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp 009-090247

12 - * 1 Adet Forseps İç Aksamı. 009-091477

CROCE - OLMİ KAVRAMA FORSEPSİ (1 adet)

Teklif edilen forseps aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. 360° dönebilir özellikte olmalı,
2. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı, "Click"
3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalı,
4. Fenestre olmalıdır. Atravmatik, eğri ve tek çene hareketli olmalı,
5. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

13 - * 1 Adet Plastik Kabza, raketli, istenildiğinde raketsiz olarak da kullanılabilir. 009-090246

14 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp 009-090247

15 - * 1 Adet Forseps iç aksamı. 009-091477

BOWEL KAVRAMA FORSEPSİ (2 adet)

Teklif edilen Forseps aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır :

1. 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
2. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalıdır.
3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
4. Unipolar koagülasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
5. Çift çene hareketli ve delikli olmalıdır.
6. Çene uzunluğu 37 mm olmalıdır.
7. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

16 - * 1 Adet Plastik Kabza, hem kilitli hem kilitsiz kullanıma uygun olmalıdır. 009-090246

17 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp 009-090247

18 - * 1 Adet Forseps iç aksamı. 009-091477