



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 211/0924-05-1889  
Konu : 2.Kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Dahiliye Yoğun Bakım Stajü 2  
Son Teslim Tarih & Saat : 06/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proforma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının takanla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İçiş ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEYECEKTİR.
- TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01A622	OR4310 MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİL İÇİN SİLİKON (SMALL)	20	ADET
2	J01-015554	OR4310 MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİL İÇİN SİLİKON (MEDIUM)	50	ADET
3	J01-013041	OR4310 MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİL İÇİN SİLİKON (LARGE)	60	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihis.gazi.edu.tr  
Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

## NONINVASIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON FULL FACE MASKE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske yüze takıldığında, anatomik yapısı ile hava kaçağı yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Maske tamamen silikondan üretilmiş olmalı.
2. Hastanın yüzüne tam olarak oturması için, maskenin ağız ile burun arasındaki kısmı bombeli olmalıdır. Ürün alınlıksız olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Maskenin Small-Medium- Large olmak üzere 3 farklı boyu olmalıdır.
4. Maske, oksijen girişi ve basınç ölçümü gibi amaçlarla kullanılabilecek en az 2 giriş portuna sahip olmalıdır. Bu portlar rotasyonu sağlayan parça üzerinde bulunmalı, böylece karbondioksit atılımı hastaya en yakın notadan yapılmalıdır. Port kapakları silikon olmalıdır.
5. Teslim edilen her bir maske için hastanede kullanılan ventilatör devreleriyle uyumlu konnektör verilmelidir.
6. Başlık maskeye uygun olmalıdır. Başlık kafayı tamamen sarmalı kolay deforme olmamalıdır.
7. Maskeye takılan hortumun saat yönünde veya tersi yönde dönmesi sırasında maskeye kuvvet uygulanmaması için, maske üzerinde rotasyonu sağlayacak parçası olmalıdır.
8. Kolay kullanım için, maske başlığının maskeye bağlantısı 4 ayrı noktadan yapılabilir.
9. Maske başlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için, maskenin sağ ve sol taraflarında 2 adet klips bulunmalıdır.
10. Maske ile birlikte kullanıcı bölümün ihtiyacı kadar, kullanılan mekanik ventilatör cihazına uygun devre verilmelidir.
11. Teklif ekinde teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmelidir. Teklifte birlikte verilecek orjinal dökümanlarda, şartnameye verilen cevaplar işaretlemelidir. Teklif veren firmalar, değerlendirme sırasında, teklif ettikleri ürünlerinden birer numune hazır bulundurmalarıdır. Ürünler hastalar üzerinde denecek olup, hasta ergonomisi ve güvenliği göz önünde bulundurularak ürün onayı verilecektir.
12. 20 Adet Small, 50 adet Medium ve 60 adet Large beden şeklinde satın alım yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Kamil İNÇİ  
T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD.  
Diy. Teşh. No: 138205

Prof. Dr. Cahit AYGENCEL BİRKALP  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi  
Diy. No: 93277/1000 Teşh. No: 96930