



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21/03/24-05-1892
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1
Son Teslim Tarih & Saat : 07/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/05/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031375	DERİN DONDURUCU (LABORATUVAR TİPİ DOLAP)	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

DERİN DONDURUCU (DEEPFREEZE) (-80 0C)TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet)

1. Sıcaklık ayarı -80 °C yi sağlayabilmelidir.
2. Dış gövde elektrolitik galvanize edilmiş (paslanmaya karşı korumalı)çelik saç panelden beyaz renk enamel fırın boyalı veya paslanmaz çelik olmalıdır.
3. İç gövde renksiz koruyucu tabaka kaplı pürüzsüz alüminyumdan, hijyenik ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
4. Isı kaybının minimal düzeyde tutulması için gövde yekpare sıkıştırılmış poliüretan köpük veya cam elyafı ile izole edilmiş olmalıdır.
5. Dondurucunun kapısı kolay kapanır ve kilit sistemine sahip olmalıdır.
6. Dondurucu 220 volt 50 Hz şehir elektriği ile çalışılabilmeli ve kompresörü gürültüsüz ve enerji tasarrufuna olanak veren seviye kolay ve hermetik olmalıdır.
7. Dondurucu otomatik defrost sistemine sahip olmalı ve defrost sırasında dolapta herhangi bir ısı değişikliği olmamalı ve defrost sırasında suyun dışarı atılıp yok edilebileceği sisteme sahip olmalıdır.
8. Dondurucu ısı kaydını tutmak için kaydediciye sahip olmalı ve bu kaydedici şehir elektriğine bağlı olmaksızın kayıt yapabilmelidir.
9. Dolap en az 600 lt kapasiteli 5-7 hareketli raf sistemine sahip olmalı.
10. Dondurucu fonksiyonlarını yerine getirirken aynı zamanda muhtelif ışıklı şebeke ve şebeke elektriğine bağlı olmayan sesli alarm sistemine sahip olmalıdır (uzun süre kapı açık bırakılırsa, elektrik kesilmesinde, iç sıcaklık artar veya azalırsa vb.)
11. Cihaz dünya standartlarına uygun olmalı ve son jenerasyona sahip teknik özellikleri taşımalıdır.
12. Dolap laboratuvar ısı kontrol sistemine entegre edilmeli ve maliyeti firma tarafından karşılanabilmelidir.
13. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, müteakip 10 yıl süre ile ücretli bakım, onarım ve yedek parça garantisi verilmelidir.
14. Dondurucu dik olmalı, dış boyutunda genişlik 80 cm'den büyük olmamalıdır.
15. Cihaz CE kalite belgesine sahip olmalıdır.

Prof.Dr.Özlem GÜLBAHAR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip.No:2387 Dip.Tes.No:50304