



**T.C**  
**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi**

**TEKLİF İSTEM FORMU**

İslem No/Alım No : 23/7/99/25-02-218  
Konu : 2 Kalem medical malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Radyoloji Depoları / Radyoloji Anjyo Şişği  
Son Teslim Tarih & Saat : 04/02/2025 17:00:00  
İlan Tarihi : 03/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma fiyatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamını okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- T.C. (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli: 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) veya/ya Urün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' de/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli: 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif verilmeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduğunuzu gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMİYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEDİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAVENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Makodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013234	GR1188/KR2013/KV1203 EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ/MONORAL/MONORALE ÇEVİRİLEBİLEN (3H/İM)	10	ADET
2	S-013234	GR1188/KR2013/KV1203 EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ/MONORAL/MONORALE ÇEVİRİLEBİLEN (3H/İM)	10	ADET

MENİŞ COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihales.gazi.edu.tr  
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



Sut Kodu: GR1188

Sipariş Kodu: S-013234

GR1188 EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ/MONORAİL/MONORAİLE  
ÇEVİRİLEBİLEN (3/H/I/M)

Emboli Tutucu Geçici Karotis Filtresi Seti, Tek Parçalı Teknik Şartnamesi

- Embolü Koruma Filtresi, Koroner, Karotis, Renal, Safen Ven Greft, Dız Altı, Yuzeyel Femoral Damarlarda Cıkan Debrısı Yakalamak Amacıyla Özel Olarak Üretilmiştir.
- Embolü Koruma Filtresi Yukarıdaki Damarlarda Kullanımı Endikedir.
- Filtre, Nitinol Malzemededen İmal Edilmiş, Orgulu (Mesh) Yapıya Sahiptir.
- Filtrenın Floroskopı Altında Görünurlüğünü Sağlamak Amacıyla Distalinde 1 Adet, Proksimalinde 1 Adet Ve Filtre Agzı Üzerinde Filtre Agzını Çevreleyen Belirteçleri Bulunmaktadır.
- Filtre, Gonderım Telinden Bağımsız İleri Geri Ve Rotasyonel Harekete 2 Cm Ye Kadar Musade Eden Esnek Lazer Spirale Kesim Sistemine Sahiptir.
- Filtre, 0.014" Inch Ve 0.018" Inch, Kullanıcının Secebileceğı Herhangı Bır Kılavuz Tel İle Uyumludur.
- Filtre Gonderım Telı 320 Cm Uzunlugunda Olup, İstege Bağlı Olarak Esnek Noktasından Kırılma Opsiyonuyla Monorail Kullanım İcin 190 Cm Kısılma Secenegine Sahiptir.
- Filtrenın Dıstale Uc Kısımında Lezyondan Geçışı Kolaylastırmak Amacıyla 1.2 Cm Uzunlugunda Esnek Sarmal Tel Bulunmaktadır.
- Filtre, 6f Kılavuz Kateter, 5f Sheath Uyumlu Olup 3.2f (French) Gecıs Profiline Sahiptir.
- Filtre, Filtre Acıklığını Korumak Amacıyla Heparın Kaplıdır.
- Filtre, 6mm Çap A Sahip Olmalıdır.
- Filtrenın Geri Çekme Kateteri Pratik Olması İcin Uygulama Kateterının Obur Ucundadır.
- Filtrenın Geri Çekme Kateteri 4.2f (French) Gecıs Profiline Sahip Olup, İsvsel Uzunluğu 140 Cm Dir.
- Filtre, Ce Ve Fda Onayına Sahiptir.
- Filtre Steril Ambalajında, Üzerinde Son Kullanma Tarihi Ve Steril Sekli Belirtilmiştir.

I.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Tolga ALTAY  
İntravasküler Radyoloji Sorumlusu  
Etilim No: 120011

Prof. Dr. M. Koray AKKAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Radyoloji Öğretim Üyesi  
Dip. No: 120011 Dip. Tes. No: 10/2001