



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2163024-06-2423  
Konu : 2 kalem umi/kal kateter alımı  
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Pedikatri Yenidoğan Serv. Şişli  
İlan Tarihi : 24/06/2024  
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2024 17:00:00

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınıl, silinir, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması ,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir çıktısıyla ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
Önemli 10- İhale ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) alınmış kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB'de UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. Bakanlık tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olmayan kalem/kalemlere TİTUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
- TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNELERİNİ GÖSTERMEKTEDİR.
- ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	50	ADET
2	50	ADET

MENİŞ COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
[www.ihale.gazi.edu.tr](http://www.ihale.gazi.edu.tr)  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

## J01-2523 ÇİFT LÜMENLİ UMBİLİCAL KATETER(5F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter esnek, yumuşak ve termosensitive poliüretan materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
3. Kateter çift lümenli olmalıdır.
4. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, injeksiyon ve infzyon kolaylığı için uzatma olmalıdır. Uzatmalar üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemler bulunmalıdır.
5. Kateterin distal ucu açık olmalı ve lateral yan deliği bulunmalıdır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Kateter arter yoldan yerleştirilebilmelidir.
8. Kateter çapı kullanıcının isteğine göre; 5.0 Fr olarak seçilebilmelidir.
9. Kateter uzunluğu kullanıcının isteğine göre; 5.0 Fr için 40cm olarak seçilebilmelidir. Kateter üzerinde "cm" işaretleri belirtilmiş olmalıdır.
10. Akış hızı, 5Fr'lik kateterde 9ml/dak olmalıdır.
11. Dolum hacimleri 5 Fr 40 cm için 0.30 ml olmalıdır.
12. Her bir lümenin kalınlığı 5 Fr için 19 G olmalıdır.
13. Teslim edilecek her bir kateter ile birlikte nötr basınçlı 2 adet ven valfi kliniğe bedelsiz olarak teslim edilecektir.
14. Kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.
15. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
17. Kateter CE ve ISO belgesine haiz olmalıdır.

Mehtap RECEPOĞLU  
G.Ü.T.F. Çocuk Hastanesi  
Tıbbi Sorumluluğu  
Sorumlu Hemşiresi

Prof. Dr. İsmail KÖK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.  
Dinlenme No: 854711

## J01-012548 ÇİFT LÜMENLİ UMBİLİCAL KATETER(4F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter esnek, yumuşak ve termosensitive poliüretan materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
3. Kateter çift lümenli olmalıdır.
4. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, injeksiyon ve infzyon kolaylığı için uzatma olmalıdır. Uzatmalar üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemler bulunmalıdır.
5. Kateterin distal ucu açık olmalı ve lateral yan deliği bulunmalıdır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Kateter venöz yoldan yerleştirilebilmelidir.
8. Kateter çapı kullanıcının isteğine göre; 4.0Fr olarak seçilebilmelidir.
9. Kateter uzunluğu kullanıcının isteğine göre; 4.0Fr için 20cm veya 40 cm olarak seçilebilmelidir. Kateter üzerinde "cm" işaretleri belirtilmiş olmalıdır.
10. Akış hızı, 4Fr. 20 cm.'lik kateterde her bir lümen için 15ml/dak, 4 Fr. 40 cm için 6 ml./dak olmalıdır.
11. Dolum hacimleri 4 Fr 20 cm için 0.26 ml, 4 Fr 40 cm için 0.28 ml, olmalıdır.
12. 4 Fr için her bir lümenin kalınlığı 20 G olmalıdır.
13. Teslim edilecek her bir kateter ile birlikte nötr basınçlı 2 adet ven valfi kliniğe bedelsiz olarak teslim edilecektir.
14. Kateter üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.
15. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
17. Kateter CE ve ISO belgesine haiz olmalıdır.

Mehtap REÇİPOĞLU  
G.Ü.T.F. Çiçi Hastanesi  
Sırt Hastalıkları Servisi  
Sırt Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Zehra KOC  
Gazi Üniversitesi  
Çiçi Hastanesi  
Sırt Hastalıkları Uzmanı A.D.  
Sırt Hastalıkları Uzmanı