


GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİYOMEDİKAL KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
LAMİNASYONLU ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Kalibrasyonu yapılan cihazlarda kullanılacak etiket teknik şartnamesidir.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 2.1 50 Adet olmalı
- 2.2 18mm genişlik aralığında olmalıdır.
- 2.3 Laminasyonlu etiketler en az 8 metre olmalıdır.
- 2.4 Sudan, sıcaktan, soğuktan, güneş ışığından ve kimyasal maddelerden etkilenmemelidir.
- 2.5 Solmaz ve yırtılmaz olmalıdır.
- 2.6 Çıkarıldıktan sonra geriye iz bırakmamalıdır
- 2.7 Etiketin rengi yeşil üstüne siyah olmalıdır.



Hazırlayan
Tekniker
Halil ÖZ



Kontrol Eden
Tekniker
Atilla AYKAÇ