

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**GAZİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ**  
**ODİYOLOJİ CİHAZLARININ KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

Bu Şartname Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında bulunan odiyoloji cihazının kalibrasyonu gerçekleştirilmesine ait genel ve teknik özelliklerle ilgili hususları kapsar.

**2. İSTEK VE ÖZELLİKLER**

- 2.1. Kalibrasyon İşlemi Tıbbi Cihaz Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır.
- 2.2. Servis hizmeti verebileceğine dair tek yetkinlik belgesi olmalıdır.
- 2.3. Kalibrasyonlarının yapılmasında kullanılacak olan cihazlar, uluslararası izlenebilirliğe sahip olmalıdır.
- 2.4. Kalibrasyon sertifikasında, yapılan kalibrasyon işlemi ile ilgili ölçüm belirsizliği ve standart sapma aralığı sertifikanın eki olarak yer almalıdır.
- 2.5. Kalibrasyonun gerçekleşeceği laboratuvarın çevre koşulları, standartlara uygun olmalı ve bu durum sertifikada belirtilmelidir.
- 2.6. Kalibrasyon sertifikasında, kalibrasyonu yapan personel bilgileri yer almalıdır.
- 2.7. Kalibrasyon sertifikasında kullanılan kalibratörlerin isimleri ve kalibrasyon tarihleri (geçerli olacak şekilde) bulunmalıdır.
- 2.8. Kalibrasyonu yapılacak cihazın kalibrasyonu ile ilgili olarak cihazların azami teslim süresi dört haftayı aşmayacaktır. (Cihazların teslim alınma ve teslim edilme tarihleri arasında geçen süre)
- 2.9. Kalibrasyonu yapacak firma cihazları bulunduğu yerde kalibrasyonlarını yapacaktır.
- 2.10. Kalibrasyonda kullanılan kalibratörlerin sertifikaları verilecektir.



**Hazırlayan**

Sefa Arçamış

**Kontrol Eden**

