



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 218024-07-2588
Konu : Merkez Ambar Ünitesi için 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 05/07/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 04/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Uzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceks FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9:-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu,T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10:-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-014629	OR2690 RESPIRATOR DEVRESİ (ERİSKİN) (SİTİCİSİZ)	500	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.is.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27012
İstem Tarihi : 27/06/2024
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 28/06/2024 11:23:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-014629 OR2690 RESPIRATÖR DEVRESİ (ERİSKİN) (ISITICISIZ)

(J01-014629) RESPIRATÖR HASTA DEVRESİ (ERİŞKİN)

- 1.Devre PVC den imal edilmiş olmalıdır.
- 2.İnspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 3.Ekspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 4.Su tutucu cihaz tarafından 70-80 cm mesafede olmalıdır.
- 5.Devrenin iki hattında da su tutucu bulunmalıdır.
- 6.Su tutucu biriken suları boşaltmaya imkan veren şekilde olmalı ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.(ya da hava kaçağını engelleyici sun tutucuda konnektörden enjektörle boşaltım sistemi olmalıdır.)
- 7.Su tutucuların hortum girişleri dik yapıda olmalıdır.
- 8.Devre hortumlarının iç yüzeyi rezistans oluşturmaması için tamamen düz ve pürüzsüz olmalıdır.
- 9.Devrede Y port bulunmalıdır.
- 10.Y portun üzerinde kapnograf çıkışı bulunmalıdır.
- 11.Her devreyle birlikte bir adet 360 derece dönebilen bronkoskopi uygulamasını imkan sağlayan PVC den imal edilmiş steril kateter mount verilmelidir.
- 12.Devre steril olmalıdır.
- 13.Devre parçaları birleştirilmiş olmalıdır.
- 14.Devrenin makineye bağlanan uçlarında makineye giriş uyumu kolaylaştıran yumuşak adaptörler bulunmalıdır.
- 15.Her ürünün üzerinde UBB barkodu bulunmalıdır.
16. CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.
17. Firma tarafından en az 1 adet numune getirilmelidir. Nihayi karar numune incelendikten sonra verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Yörneş
Merve Nur GÜLEN

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Hasan Kutluk PAMPAL
T.C. G.Ü.N.F. Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No:11387 Dip.Tes. No: 90346