



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 21893024-07-2675
Konu : 6 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 19/07/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 11/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6- Ad, soyaad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeveyekese FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB'de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. Bakanlığınca onaylı olmayan onaylı olmayan kalern/kalemlere TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalern/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduklarını gösteren, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- ***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- ***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- *FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- *FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
- TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUYAENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-012713	OR4010 TAM EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA (MESH) (3/A)	5	ADET
2	S-01130198	GZ1199 SEMBLEFERON HALKASI (3/G)	5	ADET
3	S-01130199	GZ1200 ORBITAL İMPLANT SİLİKON (3/G)	15	ADET
4	S-01130096	GZ1095-1097 SIVI PERFLOROKARBON ENJEKSİYON VE EKSTRAKSİYON KANULU (3/G)	20	ADET
5	S-01130167	GZ1168 TERAPÖTİK KONTAKT LENS (3/G)	50	ADET
6	S-01130205	GZ1205 LAKRİMAL KANUL (3/G)	25	ADET

Memis ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihbis.gazi.edu.tr
Şarhname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

Vicryl Mesh büyük

- 1) Multifilaman yapıda olmalıdır.
- 2) Ürün tek steril ambalajdan oluşmalı.
- 3) Dış ambalaj kartondan oluşmalı ve karton üzerinde üründen kaç adet olduğu ve ölçüsü belirtilmelidir.
- 4) Seri ve kontrol numarası olmalı. Ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
- 5) Saklama koşulu 25 derece altında, güneş, nem ve doğrudan ısı kaynağından uzakta olmalıdır. Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.
- 6) Ürün CE belgesine ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır.
- 7) Ürün boyasız olmalıdır.
- 8) Kesidiğinde tiftiklenmemelidir.
- 9) Dikiş yapıları kenarlarından sökülmemelidir.
- 10) Geçici yara ve organ desteği için kullanıma uygun olmalıdır.
- 11) Hammaddesi polyglaktşn 910 (%90 glycolic acid, %10 lactic acid) sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır.
- 12) Ürün 56-70 gün arasında tamamen emilerek vücuttan atılmalıdır.
- 13) Radyopak olmalıdır.
- 14) Tek tek steril poşetlerde olmalıdır. Etilen oksit ile steril edilmelidir. Çeşitli örgü ve gözenek boyutları olmalıdır.
- 15) VM 95 Stil 9: 0.5mm x 0.5mm gözenek büyüklüğü 34 cm * 26.5cm ebatında olmalıdır.
- 16) Kutu içinde 1 adet bulunur.
- 17) Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.

9.224
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123913

Doc. Dr. Betül Seher UYSAL
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 147 604

SEMBLEFERON HALKASI (3/G)

- 1) Şeffaf PMMA' dan mamul olmalı
- 2) Yüzeyi cilalı olmalı
- 3) Korneal teması önlemek için büyük merkezi deliğe sahip
- 4) Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalı
- 5) Korneayı korurken konjunktival 'culs-de-sac' çekilmesini önlemek için kullanılır.
- 6) En iyi anatomik uyumu sağlamak için 3 farklı boyda imal edilmiş olmalı.
- 7) 5 tanesi 22 mm ebatında, 10 tanesi de 20 mm ebadında olmalıdır.

9.7.25

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tesc. No: 123913

Doc. Dr. Betül Şeher UYSAL
Cazi Univ. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604

S-01130199

ORBİTAL İMPLANT SİLİKON (3/G)

- 1) Solid silikondan mamul olmalı, içi dolu olmalı
- 2) 16 mm (2 ADET) 18 MM (5 adet) ve 20MM (8 adet) ebatlarda olmalı
- 3) Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalı.

9.7.24


İsazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doc. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123913


Doc. Dr. Betül Seher UYSAL
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 147 604

S-01130096

SIVI PERFLOROKARBON ENJEKSİYON VE EKSTRAKSİYON KANÜLÜ (3/G)

1. Ürün retina ameliyatlarda kullanılmak için imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün kanül kısmı 25g 0.6mm ölçüsünde olmalıdır.
3. Ürün üzerinde plastik hub kısmından önce 1 adet ve kanül üzerinde 3 adet BSS için ventilasyon deliği ve kanül uç yan kısmında 1 adet perflorokarbon için olmak üzere toplamda 5 delik bulunmalıdır.
4. Ürün perflorokarbon, retinal boyalar ve göz içi diğer sıvı enjekteleri için uygun olmalıdır.
5. Özel hub dizaynı hava kabarcıklarını en aza indirecek dizaynda olmalıdır.
6. Kanül eşzamanlı olarak hava-sıvı ya da sıvı-sıvı değişimine izin vermelidir.
7. Tekli blister ambalajda, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.


Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123913


Doç. Dr. Betül Soher UYSAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 147 004

terapotik kontakt lens

- 1-) Lens -0.00 dioptride (plano) dur.
- 2-) İyileşme sürecini hızlandırmak ve stormal anoksiyi engellemek için kontak lensin oksijen iletkenliği -3.00 dioptride 130 ve üzeri Dk/t olmalıdır.
- 3-) Lens meteryali nan-iyonik tir.
- 4-) Temel eğrisi tercihe göre 8.40, 8.50 ya da 8.60 olmalıdır.
- 5-) Lens meteryali silikon hidrojen olmalıdır.
- 6-) Lensin dış ambalajı makas veya başka bir meteryal kullanımı gerektirmeden açılabilir bir yapıda olmalıdır.

9.7.23
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Güneş ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123013

Doç. Dr. Betül Şaher UYSAL
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123014

J01-013917

ISOPROPYL ALCOHOL

- 1)Oftalmik optik alet temizliđi ve silinmesi amaçlı
- 2)paketlenmiř kâđit mendil řeklinde
- 3)tek kullanımlık ve tek tek paketlenmiř ve içerinde %70 isopropil alkol ve %2 clorheksidin içermelidir

9.7.25
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diy. Tes. No: 123913

Dr. Petül Şaher UYSAL
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Diy. Tes. No: 147 604

S-01130205

GZ1205-LAKRİMAL KANÜL

- 1)25 G.Orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olacaktır.
- 2)Uç kısım punktum ve kanalikülleri travmatize etmeyecek şekilde künt olacaktır.
- 3) 0.45 x 28mm milimetre ebadında olacaktır.. 25 G olacaktır.
- 4)Üzerinde tanıtıcı etiketi ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.sonradan etiketlenmiş olmamalıdır.

9.7.23
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 123913

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604