



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2382025-02-303
Konu : Merkez Ambar Ünitesi için Hemodiyaliz Kateteri Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 12/02/2025 17:00:00
ilan Tarihi : 11/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- T1 (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01A488	NF1001 HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ERIŞKİN (HEPARİN KAPLI) 11-12.5 F. 16 CM	500	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 05/02/2025
Bölüm Adı : Dahiliye Yoğun Bakım Stoğu 2

Döküm Tarihi : 05/02/2025 15:52:00

Malzeme Kodu : J01-01A488
Malzeme Adı : NF1001 HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ERİŞKİN (HEPARİN KAPLI) 11-12.5 F. 16 CM

2 LÜMENLİ GEÇİCİ HEMODİYALİZ ERİŞKİN KATATER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter seti iki yollu, subclavian ve femoral damarlardan hemodiyaliz veya aferez için girişim sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2- Juguler veya subclavian kateterin gövdesi poliüretandan imal edilmiş radyopak ve ısıya duyarlı olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşayarak içinde bulunduğu damara uyum göstermelidir. Kateter bağlantı boruları juguler kateter için M şeklinde kıvrık olmalıdır. Subclavian için düz olmalıdır.
- 3- Kateter çapı 11-12.5 F uzunluğu 16cm olmalıdır.
- 4- Kateter üzerinde cm çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
- 5- Kateter gövdesi 180 derece kıvrıldığında king olmamalıdır. King olup olmadığı test edilecektir. Diğer şartlara uysa da kataterin king olması red sebebidir.
- 6- Nitinol klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.038? çapında, 70 cm olmalı ve uzunluk işaretleri bulunmalıdır.
- 7- Kateterin hasta dışında kalan bölümü 12GA distal ve 12GA proximal olmak üzere iki kısma ayrılmalıdır.
- 8- Kateterde klavuz telin çıkarılmadan ilerlemesine imkan tanıyan delikli tip enjektör (Raulerson) bulunmalıdır.
- 9- Kateter lümenleri üzerinde arter ve ven için cc olarak oranları yazılı olmalıdır.
- 10- Kateter ambalajı üzerinde arter ve ven için akış oranları ml/dk cinsinden yazılı olmalıdır.
- 11- Katater seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
 - a- Bir adet 12F enjeksiyon başlıklı Poliüretan Radyopak katater.
 - b- Bir adet işaretli çift amaçlı, nitinol yapıda asvenserli klavuz tel
 - c- İki adet damar dilatörü
 - d- Bir adet intraducer iğne
 - e- Bir adet 5ml'lik şırınga
 - f- Bir adet şeffaf sargı
- 12- Kateterin arter yolunda kırmızı, ven yolunda mavi renkte klemp veya konnektör olmalıdır.
- 13- Kateter etileno ksit (EO) ile steril edilmiş olmalıdır.
- 14- Kateter görülebilir ambalajda olmalıdır.
- 15- Numune görülecektir

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Servis Ünite Sorumlu Hemşire Kübra SELÇUKER

ONAYLAYAN

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dahiliye Yoğun Bakım Üzm.
Dr. Mehmet Ali Koculu
T.C. Kimlik No: 88958