

ULTRASON CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstekliler hastanemiz Kadın Doğum Polikliniğinde kullanılan, GE marka Logic9 model ultrason tamiri için teklif vereceklerdir.
- Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

Uğur ÜNAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri