

HASTABAŐI MONİTÖRÜ MODÜL TAMİRİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dahiliye YB Ünitesinde kullanılan Philips marka X2 model ekranlı modül arızalanmıŐtır.
2. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri deđerlendirilmeyecektir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zoründadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir verecektir.
6. Cihazın deđiŐen parçaları orijinal olacaktır. DeđiŐen parçaların orijinal olduđuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
7. İstekliler tamir yapılan cihazı çalıŐır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
8. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
9. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyeren