



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2392025-02-335
Konu : Ameliyathane Ünitesi İçin Emilemeyen Tek Yüzlü Yama Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Şişesi
Son Teslim Tarih & Saat : 14/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 13/02/2025

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamını okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliş, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyaad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

335


| S.No | M.Kodu | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim |
|------|----------|--|--------|-------|
| 1 | S-012712 | OR3950-70 EMİLEMİYEN TEK YÜZLÜ YAMA (MESH) (3/A) | 20 | ADET |

Mennîş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

S-012712 ÜÇ BOYUTLU KASIK BOLGESİ AĞ YAMASI

1. Mesh; önceden şekillendirilmiş ve kendiliğinden sabitlemeli olmalıdır.
2. Mesh; bir tarafının üzerine polilaktik asitli monofilament emilebilir kancalar bulunan polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
3. Mesh laparoskopik kasık bölgesinin anatomisine uygun kesimli olmalıdır.
4. Monofilament Polilaktik (PLA) kancalar 18 ay da emilebilir olmalı; dokuyu saran ağın yerleştirilmesi, pozisyonlandırılması ve sabitleme işlemlerini kolaylaştırmalıdır.
5. Mesh üzerinde yönlendirmeyi kolaylaştırmak için meshin orta hatta gelecek kenarı yeşil renkli olmalıdır.
6. Meshin bir tarafında katlanmayı kolaylaştırmak için 1 günde eriyebilecek Collagen ve Glycerol oluşan film bariyeri olmalıdır.
7. Mesh gözenekleri 1,8x1,8 mm olmalıdır.
8. Meshin yüzeye göre ağırlığı 82 (g/m²) olmalı, polylactic asitli monofilament kancalar emildikten sonra ağırlık 49 (g/m²) olmalıdır.
9. Mesh'in 15cmx 10cm (+/- %10 tolerans tanınacaktır.) ebadında olmalıdır.
10. Mesh yapı itibarı ile yumuşak ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
11. Mesh yüksek porozite sayesinde kolay doku oluşumu sağlayabilmelidir.
12. Mesh spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
13. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
14. Karton mesh ambalajının üzerinde, ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı,ürün açılımı, saklama koşulları, ürün lot numarası, sterilite, ce amblemi ve son kullanım tarihini gösterir bir etiket bulunmalıdır.
15. Mesh çiftli steril ambalajda bulunmalıdır.
16. Mesh'in çiftli steril ambalajı ayrı bir karton kutuda bulunmalıdır.
17. CE belgesi olmalıdır.
18. EO ile sterilize olmalıdır.
19. Mesh'in sağ-sol anatomik olarak seçeneği olmalıdır, hangisinden kaç adet isteneceği kurum tarafından teslimat öncesinde belirlenecektir.
20. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.



Ebru GÜLLÜ KARAVELİ
Amirlik Üstüne Birim
Sorumlusu