



T.C.  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA  
Tekniker



### SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26621  
İşlem Tarihi : 13/09/2024

İstem No	28111	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK			Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Acil serviste kullanılması için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına emir ve müsadelenizi arz ederim

İstem Bilgileri			Sut Bilgileri			Son Alış Bilgileri			Stok Bilgileri			Tüketim Bilgileri			Alım Şekli	
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst.Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	
1	0	J06-064464	0	7	ADET	0	0	27/06/2024	2658	0	0	110	13	4	10	10

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Acil serviste kullanılması için gerekmektedir.

#### DEPO GÖRÜŞÜ

...../...../.....  
İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi  
...../...../.....  
Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi


#### TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

17.09.2024  
Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü  
Faturalandırma Müdürüğü  
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü  
Satinalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi  
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA  
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28111  
İstem Tarihi : 13/09/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 13/09/2024 09:04:00

Malzeme Kodu : J06-064464  
Malzeme Adı : EKG KABLOSU 5'LI.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu Lifepak marka Lifepak 15 model defibrilatör/hastabaşı monitör cihazına uyumlu olacaktır.
- EKG kablosu 5 leadli olacaktır.
- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teslim edilecek EKG kablosu orijinal olacaktır. ÜST kayıtlı olacaktır.
- Yüklenici EKG kablosunu depoya teslim edilmeden önce, EKG kablosunun orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- EKG kablosu ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Ömer UYURCA  
Tekniker

Harun BEYTULLIHOĞLU  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Tekniker