



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 10/02/2025
Bölüm Adı : Fizik Tedavi (Ayaktan Tedavi) Stoğu

Döküm Tarihi : 10/02/2025 16:20:00

Malzeme Kodu : J06-069021
Malzeme Adı : REVİZYON KİTİ (ESWT CİHAZI İÇİN)

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) REVİZYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Revizyon kiti klinikte kullanılan ESWT cihazıyla uyumlu olmalıdır ve cihaz ile kullanımına uygun olduğunu tasdik eden onaylı belge teklif ile birlikte verilmelidir.
2. Revizyon kitinin atım ömrü en az 1.200.000 atım olmalıdır.
3. Revizyon kitinin değişimi ESWT başlığına firma tarafından yapılmalı değişim sonrası üretici firma tarafından tanımlanmış olan testleri yapılmış olmalıdır.
4. Yapılan Revizyon kiti değişim işlemi sonrasında başlığın üzerindeki kendinden bataryalı sayaç mutlaka firma tarafından sıfırlanacaktır. Sıfırlanmayan başlıklar kabul edilmeyecektir.
5. Yapılan Revizyon kiti değişim işleminin atım sayısından bağımsız olarak, kullanım hataları dışında en az 6 ay garantisi olmalıdır.
6. Revizyon kiti yedek Revizyon kiti ile birlikte teslim edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

FIZYOTERAPİST
Elmas ŞİRİN

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Feride GÖÇÜ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
F.T.R. ve F.T. Uzmanı
Dip. No. 713 Dip.