

TALEP MÜZAKERESİ

2024-09-3439

İstem Tarihi: 18/09/2024

İstek No : 28194
İstek Yapan Birim : Teknik Servis Stoğu
İstek Yapan Personel : Tahsin YILDIRIM
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26621


BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Anestezi bölümde kullanılan cihaz için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM0101	ULTRASON CİHAZI TAMIRI	0		ADET	1		

Doç.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı /2024



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28194
İstem Tarihi : 18/09/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/09/2024 15:48:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
TM0101 ULTRASON CİHAZI TAMİRİ

ULTRASON CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemiz Anestezi bölümünde kullanılan, GE marka Logiq R7 model 6012463WYO seri numaralı ultrason cihazının ekranı kırılmıştır.
- Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

HAZIRLAYANLAR

Uğur ÜNAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikleri

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikleri

ONAYLAYAN