



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2302B2025-02-345  
Konu : Nöroloji Polikliniği için 2 Kalemler Malzeme Alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Nöroloji Polikliniği Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 14/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 13/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınmış, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin tekliif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010910	EEG CİHAZI İÇİN DISK ELEKTROD SETİ (DIN-TYPE)	50	ADET
2	J01-013357	EEG PASTASI	80	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihisiz.gazi.edu.tr  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

## J01-013357 EEG Pastası Teknik Şartnamesi

1. EEG pastası, EEG kaydında artefaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastasının, yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası, terlemeyle elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pasta suyla kolay bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu maksatla suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve antialerjik özellikte olacaktır.
7. Toplamda 80 kg a denk gelecek şekilde 250- 500 gr. lık polietilen kutularda temin edilmelidir
8. Son kullanım tarihine 8 aydan daha az kalan ürünler kabul edilmeyecektir

Prof. Dr. İrem YILDIRIM  
T.C. Gazi Üni. Gaz. Tıp  
Nöroloji A.B.D.  
Dip. No: 2487/01. Tel. No: 1522017

Uzm. Dr. Aslıhan  
Gazi Üni. Gaz. Tıp  
Nöroloji A.B.D.  
Dip. No: 2487/01. Tel. No: 1522017

## J01-010910 EEG CİHAZI İÇİN DIN-TYPE DİSK ELEKTROD SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2- Elektrodlar cihazın giriş kutusuna uygun ve DIN tipi olmalı
- 3- Elektrodların uzunluğu 1.5 m olacaktır.
- 4- Elektrodların bağlantı kısımları disk şeklinde ve ortası delikli olacaktır.
- 5- Elektrodlarının disk bağlantı kısımları iyi iletim için gümüş alaşımli olacak ve üzeri plastik gibi herhangi bir madde ile kaplanmamış olacaktır.
- 6- Elektrodların kabloları farklı en az üç renk olacaktır.
- 7- Elektrodların kabloları esnek ve harekete dayanıklı içinden ipe güçlendirilmiş olacaktır.
- 8- Elektrodlar cihazın giriş kutusuna iyi oturacaktır.
- 9- Toplamda 60 adet olacaktır

Prof. Dr. İsmail M. Yılmaz  
Eskişehir Tıp Fakültesi  
Nöroloji Anabilim Dalı  
Eskişehir

Esma Ayhan  
Eskişehir Tıp Fakültesi  
Nöroloji Anabilim Dalı  
Eskişehir