



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 2265024-09-3465
Konu : 2 kalem drenaaj kateteri alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane 2(Kv0) Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 27/09/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 26/09/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bütösuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazını, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, sovyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemenin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) veyvaya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemlere ait teklif değeriendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MiKodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-012465	GHC1800 DRENAJ KATERETİ, TORAKS, PERKÜTAN NO:12	25	ADET
2	J01-01E504	GHC1800 DRENAJ KATERETİ, TORAKS, PERKÜTAN NO:18	25	ADET

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şuriname Eklil Dosyada Sunulmaktadır.

18 FR TROKARLI TORAKS KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Trokarlı Toraks katater pvc mamülden imal edilmiş olmalıdır
2. Kataterin zarar görmemesi için dış ambalaj sert plastik metaryalden yapılmış olmalıdır
3. Trokarlı Toraks katater içerisinde paslanmaz çelikten uç kısmı sivri ve delici trokar katater olmalıdır
4. Trokar kataterin tutma yeri yuvarlak ve universal renk kodlu FR 18 olmalıdır.
5. Trokarlı Toraks katater uç kısımdan yukarıya doğru genişleyen huni şeklini andıran yapıya sahip olmalıdır
6. Trokarlı Toraks katater boydan boya beyaz radyopak çizgi ile belirlenmiş olmalıdır
7. Trokarlı Toraks kateterin uç kısmında her iki tarafta sekresyonların daha rahat çekilmesi için açıklık bulunmalıdır.
8. Trokarlı Toraks kataterin 25 cm ucundan itibaren 10 cm aralıklarla siyah derinlik çizgisi bulunmalıdır
9. Ürün steril olmalıdır
10. Ürünün dış ambalajı sert plastikten ve universal renk kodlu kapaklı olmalıdır
11. Tekli paketin üzerinde CE ibaresi olmalıdır
12. Tekli paketin üzerinde EO ile steril edildiğini gösteren ifade olmalıdır 13. Latex Free ibaresi içermemelidir
14. Tekli paketin üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır
15. Firma bölüm tarafından değerlendirmek üzere numure getirmelidir.

Prof. Dr Erkan İRİZ
T.C. G.U.T.F. Gazı Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip.No 7383 Dip. Tes. No 73591

Dr. Öğr. Üyesi Sercan TAK
T.C. Gazi Üniv. Tıp Fak.
Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Çocuk Kalp Damar Cerrahisi B.D.
Dip. Tes. No: 138073

12 FR TROKARLI TORAKS KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Trokarlı Toraks katater pvc mamülden imal edilmiş olmalıdır
2. Kataterin zarar görmemesi için dış ambalaj sert plastik metaryalden yapılmış olmalıdır
3. Trokarlı Toraks katater içerisinde paslanmaz çelikten uç kısmı sivri ve delici trokar katater olmalıdır
4. Trokar kataterin tutma yeri yuvarlak ve universal renk kodlu FR 12 olmalıdır.
5. Trokarlı Toraks katater uç kısımdan yukarıya doğru genişleyen huni şeklini andıran yapıya sahip olmalıdır
6. Trokarlı Toraks katater boydan boya beyaz radyopak çizgi ile belirlenmiş olmalıdır
7. Trokarlı Toraks kateterin uç kısmında her iki tarafta sekresyonların daha rahat çekilmesi için açıklık bulunmalıdır.
8. Trokarlı Toraks kataterin 25 cm ucundan itibaren 10 cm aralıklarla siyah derinlik çizgisi bulunmalıdır
9. Ürün steril olmalıdır
10. Ürünün dış ambalajı sert plastikten ve universal renk kodlu kapaklı olmalıdır
11. Tekli paketin üzerinde CE ibaresi olmalıdır
12. Tekli paketin üzerinde EO ile steril edildiğini gösteren ifade olmalıdır 13. Latex Free ibaresi içermemelidir
14. Tekli paketin üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır
15. Firma bölüm tarafından değerlendirmek üzere numure getirmelidir.

Prof. Dr. Alihan İRİZ
T.C. GÜTEPE Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. No: 7363 / T. Tes. No: 73591

Dr. Öğr. Üyesi Sercan TAK
T.C. Gazi Üniv. Tıp Fak.
Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Çocuk Kalp Damar Cerrahisi B.D.
Dip. Tes. No: 138073