



İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Mızene Açılaması	Miktâr	Birim
1	S-01130206	GZ1206 LAKRIMAL İNTÜBASYON SETİ (TÜM ŞERİL VE ÖZELLİK) (3/G)	30	ADET
2	S-01130208	GZ1208 PUNKTUM TIKAC SETİ (TÜM ŞERİL VE ÖZELLİK) (3/G)	100	ADET
3	S-01130209	GZ1209 LESTER JONES RİNOSTOMİ TÜPÜ/KONALIKÜLER RİNOSTOMİ TÜPÜ (3/G)	12	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 239/2025-02-348
 Konu : Gazi Poliklinik Ameliyathanesi İçin 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
 Talep Eden Birim : Ameliyathaneye Depolan Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoğu
 Son Teslim Tarih & Saat : 14/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 13/02/2025

Sağlık Araştırmaları ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikle belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duymuştur. Proforma fakturancın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte Kadar Satın Alma Bürosuna gönderebilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-Ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat, verilipli, birem fiyatlarının rakamla ve yazılıya yazılıması,
 - 5-Uzerinde kazanı silindi, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad., soyad veya ticaret unvanı, suretiyle yetkilî kişilere imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilemeyeceğse FaKKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin şiparisine müteakip teslim sürelerinin teknik mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklipte yer alacaktır.
 UBB Kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye, kayılı ve bu kayıt teknik tarihi itibarıyle geçeri olmalıdır. Alıma çikılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİUBB da ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
 TİUBB/ÜTS ye kayıt, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teknik değerlendirme alınmayacağı.
- Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı teknik tarihi itibarıyle teknik vermeye yetkilî ittihatalıcı, tedarikçi veya bayi olduğunu gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknik zarf içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
 ***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİTRULARILI TEKLİ VERECEKTİR.
 *FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI ACIKCA BELİRTECEKTİR.
 TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
 ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDUN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
 E-POSTA : hastanesatisatirma@gazi.edu.tr

Ritleng Entübasyon tüpü (GZ 1206)

- Materyal: Çift taraflı polipropilen ip, 0.64 mm silikon tübing
- Silikon tübingin uzunluğu 240 mm olmalıdır
- Polipropilen ip uzunluğu 415 x 2mm.dir
- Çift steril ambalajda sunulmalı

Doc. Dr. Betül Scher UYSAL
Gazi Univ. Tıp Fak. Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Tescil No: 147 604

Dr. Öğr. Üyesi Berçin TARLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 5110
Diploma Tescil No: 130281

Ber


PERFORATED PLUGS

67 1208

1. • Silikondan mamul olmalı,
2. • İnce, çözünebilir olmayan yapıda olmalı,
3. • PVP kaplı olmalıdır.
4. • Yaş göz tedavisinde kullanılmalı, yerleştirildikleri noktada göz kapağı çizgisini takip edecek
5. şekilde özel olarak kesilmeli ve bu sayede azami konfor ve kalıcı rahatlık sağlamalı,
6. • En iyi silikondan imal edilen perforated (delikli) pluglar, tam emilme ve azami konfor için göz
7. kapağı kenarında birikmeyi önlemek üzere çok ince kolaretlere (yakalara) sahip olmalı,
8. • Plug'ın ortası delikli, kanalı iki yandan daraltmak amacıyla dizayn edilmiş olmalı,
9. • Göze özel bir araç ile yerleştirilip forsepslerle kolayca çıkarılabilirmeli
10. • En az mini ve medium olarak 2 farklı ebadı olmalı.
11. (boyun genişliği x uzunluk)
12. 1.5 x 2.00 mm veya 1.2 x 1.5 mm

Doç. Dr. Bora Ünal Seher UYSAL
Gazi Univ. Tıbbi Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Teşsil No: 147 604

Dr. Bora Ünal Seher UYSAL
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Teşsil No: 5118
Diplome No: 130261

Dr. Bora Ünal Seher UYSAL
T.C. Gazi Üniversitesi
dr. Bora Ünal Seher UYSAL


PAINLESS PLUGS

62 1208

1. • Thermo Silikondan mamul olmalı, silindirik ve yuvarlar gövdeye sahip olmalıdır.
2. • Yakaları 0,1 mm olmalıdır
3. • Ürün Thermo silikon dan mamul olması nedeni ile üzerindeki mekanizma sayesinde implantte edilmeden önce
4. esnekleştirilip implantte edildikten sonra punctumun halini alacak şekilde dizayn edilmiş olmalı
5. • İnce, çözünebilir olmayan yapıda olmalıdır.
6. • Göze özel bir araç ile yerleştirilip forsepslerle silindirik gövde desteği ile kolayca çıkarılabilmeli.
7. • Her punctuma uygun olma özelliği ile birden fazla ürün kullanılmasını önlemesi tercih sebebidir.

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL
Sakarya Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604

Doç. Öğr. Üyesi Berçin TÜRKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No: 5110
Dip. Tescil No: 30281

STOPLOSS JONES TUBE

62 1209

- 1) PYREX CAMDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 2) 2- 14 mm -22 mm aralığında farklı uzunlukta olmalıdır.
- 3) 3-3,5 mm ve 4mm yakalara sahip olmalıdır.
- 4) Uçlarında çıkışını önleyici silikon stoperler olmalıdır.

Doç. Dr. Bettül Seher AYSAL
Gazi Univ. Tıp Fak. Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604

Dr. Öğr. Üyesi Bercin TARLAN
Gazi Üniversitesi
Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No: 5118
Diploma No: 130281