



TALEP MÜZAKERESİ

2024-09-3494

AAL

İstek No : 28204
İstek Yapan Birim : Teknik Servis Stoğu
İstek Yapan Personel : Burak KOÇAK
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26600

İstem Tarihi: 19/09/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

hastanemiz kadın doğum ameliyathanesi için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM0266	ENDOSKOPI CİHAZI KAMERA BAŞLIĞI TAMIRI	0		ADET	1		
2	TM7477	VİDEO PROSESÖR TAMIRI	0		ADET	1		

...../...../2024

Doç.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı

KARL STORZ MARKA IMAGE 1 MODEL KAMERA BAŐLIĐI TAMİRİ
TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Hastanemiz Kadın Doğum Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka Image 1 model ve YV842608-H seri nolu kamera başlıđı arızalanmıŐtır.
2. Teklif verecek istekliler kamera başlıđı ile birlikte video konsolda oluŐan arızayı giderecektir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
6. Cihazın deđiŐen parçaları orijinal olacaktır. Deđerlen parçaların orijinal olduđuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
7. İstekliler tamir yapılan cihazı çalıŐır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
8. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
9. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


A. Eysin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

**KARL STORZ MARKA IMAGE 1 HUB MODEL VİDEO PROCESSOR TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Kadın Doğum Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka Image 1 Hub model ve HA664421-P seri nolu video processor arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni