



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 227/2024-10-3534
Konu : 1 kalem kullanabilir uç parçalı lens alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Deposları / Göz Polikliniği Ameliyathanesi Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 07/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma talurunun aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir çıktısına ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemenin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktıları her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB'da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatkiçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedatkiçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİDİR.

TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA: naslimesatir@gaazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	100	ADET

MEMİŞ COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr

Satınalma Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

GÖZ İÇİ HİDROFİLİK AKRİLİK 3 PARÇALI KATLABİLİR LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens hidrofilik akrilik materyalden yapılmış olup değişmez özellik olarak bikonveks, 3 parçalı mavi renkli Polipropilen haptikli yapıya sahip olmalı, haptik şekli modifiye C olmalıdır.
2. Lensin imalatında kullanılan bu materyal gereği lens katlanabilir olmalı ve buna mukabil mekanik direnci yüksek, kolay çizilmez, rahat katlanır, katlanırken kırılmama ve iz bırakmama özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellikler gerektiğinde numuneler denenerek test edilebilir ve tercih sebebidir.
3. Optik ölçüsü 6,0 mm ve haptik ölçüsü 13mm olmalıdır.
4. A sabiti 118 veya üzeri olmalıdır.
5. Lensin Su içeriği en fazla %26 olmalıdır.
6. Ön kamara derinliği 4,96 olmalıdır.
7. Lensin kırılma indeksi 1,462 olmalıdır.
8. Lens UV Filtre özelliğine sahip olmalıdır.
9. Lens yağ laser uygulamalarına dayanıklı olmalıdır.
10. Lensin (+10) ile (+30) diyoptri aralığı olmalı ve +15 ile +25 Dioptri arası 0.5 artışlarla olmalıdır.
11. İstenildiğinde farklı diyoptriler ile 48 saat içerisinde değiştirilmelidir.
12. Firma her lens ile birlikte bir adet disposable kartuş ve enjektör vermelidir. Enjektörler Lensle Aynı firma tarafından üretilmiş Olmalıdır.
13. Lensin Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına kaydı bulunmalıdır.
14. Numune ve katalog özellikleri teknik şartnameye uymayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

- MAVİ RENKLİ PMMA HAPTİKLERE SAHİP OLMALIDIR.
- AKRİLATMETAKRİLİT OPTİĞE SAHİP OLMALIDIR.
- HİDROFOBİK YAPIDA (Akrilat-metakrilat) OPTİĞE SAHİP OLMALI. (SIVI İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR İÇİNDE OLMAMALIDIR.)
- REFRAKTİF İNDEKSİ EN AZ 1.45 OLMALIDIR.
- TOPLAM LENS UZUNLUĞU 13.0 mm OLMALIDIR.
- UV KORUYUCU OLMALIDIR.
- BİKONVEKS EN AZ 6.0 mm OPTİK ÇAPINDA OLMALIDIR.
- OPTİK HAPTİK DÜZLEMİ ARASINDA 5 VE 10 DERECELİK AÇIYA SAHİP OLMALIDIR.
- ÖN KAMARA DERİNLİĞİ EN AZ 5,20 mm OLMALIDIR.

Doç. Dr. İsmayil Baran ÖZDEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2011-09-0148
Diploma Tesp. No: 157654

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL
Gaz. Üniv. Gök Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dp. Tesp. No: 147 604

- A SABİTİ 118,0-118,4 OLMALIDIR.
 - 6-30 DİOPTİRİ ARASINDA TÜRKİYE PAZARINDA STOKLU OLMALIDIR.
 - TEKLİF VEREN FİRMANIN ÜRETİMİNDE NEGATİF DİYOPTRİLERDE OLMALIDIR.
 - ISO BELGESİNE SAHİP ÜRETİCİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
 - TİTUBB KAYDI OLMALIDIR.
 - LENSLER İLE BİRLİKTE BİREBİR KARTUŞ TESLİM EDİLMELİDİR.
 - HER 200 LENSE BİR REUSABLE ENJEKTÖR TESLİM EDİLMELİDİR.
- YERLETİRME SIRASINDA LENS HAPTİKLERİ KIRILMA VE KOPMAYA DAYANIKLI VE OPTİĞİ DE ÇİZİLMEME

Doç. Dr. Hüseyin Baran ÖZDEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2011-09-0148
Diploma Tescil No: 157654

Doç. Dr. Betül Seher UYSAL
Gazi Üny. Tıp Fak. Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tescil No: 147 604