



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2272024-10-3536
Konu : Viroloji Laboratuvarı için 1 Kalem Kit Kimyasal MalzemeAlımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Viroloji Laboratuvarı Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/10/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satım Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakama ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : ihastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-077650	DOKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR TEST PANELİ	12	TEST

Mermiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihisis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

Döküntülü Hastalıklar Test Paneli Şartnamesi

1. Teklif edilen Döküntülü Hastalıklar Test Paneli viral patojenlerdeki nükleik asitlerin varlığına yönelik nitel bir test olmalı ve Real Time PCR yöntemi ile çalışmalıdır.
2. Test sayısının %10 fazlası kadar laboratuvarca uygun görülecek marka swap ve VTM ücretsiz olarak teslim edilecektir.
3. Teklif edilecek sistem ile numune yükleme işleminin ardından nükleik asit izolasyonu ve gerçek zamanlı PCR gibi aşamalar tam otomatik gerçekleştirilmeli ve herhangi bir manuel müdahaleye gerek duyulmamalıdır.
4. Teklif edilecek sistem ile numune yükleme işleminin ardından nükleik asit izolasyonu ve Multipleks PCR gibi aşamalar otomatik gerçekleştirilmeli ve cihaza yüklenip çalıştırıldıktan sonra herhangi bir manuel müdahaleye gerek duyulmamalıdır.
5. Teklif edilecek sistem, entegre nükleik asit ekstraksiyonu ve multipleks PCR tespiti özelliğindeki kartuş/poşet formatında olmalıdır.
6. Test her hastaya özel, kontaminasyon riski olmayan tek kullanımlık kapalı bir test olmalıdır.
7. Test, çalışılacak sistem ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
8. Teklif edilecek sistemle çalışılacak kartuş/poşetler saklama ve sevkiyat kolaylığı açısından oda sıcaklığında depolanabilir olmalıdır.
9. Teklif edilecek kit içerisinde sıvı numunenin kartuş/poşete dağıtılması için tüm transfer pipetleri ayrı ayrı ambalajlı şekilde kutu içinde bulunmalıdır.
10. Test yaklaşık 75 dakika içinde sonuç verebilmelidir. Testin çalışıldığı cihaz yazılımı süreci (Ct değeri ve/veya Amplifikasyon eğrisi ve/veya melting curve analizi) göstermeli ve sonucu analiz edip raporlayabilmelidir (gerçek zamanlı PCR veya Nested PCR).
11. Teklif edilecek panel ile; Monkey Pox (Clade 1), Monkey Pox (Clade 2) Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2, Human Herpes virus 6 (HHV6), Enterovirus ve Varicella zoster virüs patojenleri saptanabilmelidir.
12. Teklif edilecek panel ile hem kuru numuneler (kuru swab örneği) hem de taşıma ortamı sıvı numuneler çalışılabilir.
13. Teklif edilecek sistemde bir operasyon modülü veya masa üstü bilgisayar ve software ile bir adet analitik modül bulunmalıdır. Talebe bağlı olarak analitik modülü sayısı ve hasta yükleme kapasitesi artırılabilir.
14. Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimler firma tarafından sağlanmalıdır.
15. Test FDA veya CE-IVD onaylı olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye'de distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Gülendam BOZDAYI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
DANIŞMANI BD Başkanı
Dip. No: 776 - Dip. Tes. No: 62923

Prof. Dr. Kıyhan ÇAĞLAR
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu
Dip. No: 89AA050