



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 229/9024-10-3576
Konu : 1 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Deposları / Erışkin Hematoloji Laboratuvarı Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 15/10/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 14/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Salın Alına Burosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi , teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim süresince bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
*FİRMALAR TEKLİFTE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
*FİRMALAR ÖDEMELERİNİ MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hasanesahin@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-073704	İNSAN MIKROSATELİT TİPLENDİRME KİTİ	48	TEST

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28344
İstem Tarihi : 04/10/2024
Bölüm Adı : Erişkin Hematoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 04/10/2024 09:09:00

Malzeme Kodu : J07-073704
Malzeme Adı : İNSAN MİKROSATELLİT TIPLENDİRME KİTİ

1. KALEM

İNSAN MİKROSATELLİT TIPLENDİRME KİTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME:

- 1) İnsan mikrosatellit (STR) tiplendirme kiti, araştırma amaçlı kullanıma uygun olmalı ve transplantasyon sonrası kimerizm analizinin takibinde kullanılabilir.
- 2) İnsan mikrosatellit (STR) tiplendirme kiti, Beckman Coulter CEQ serisi kapiler kanallı otomatik genetik analiz sistemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) İnsan mikrosatellit (STR) tiplendirme kiti, "STR-short tandem repeat" bölgelerinin analizini sağlamalıdır. Seçilen bölgeler 4 ya da 5 nükleotidlik tekrarlar içermelidir.
- 4) Bu mikrosatellit bölgeleri en az 12 lokus içermeli, PCR sonuçları zamanda analiz edilebilir.
- 5) Analiz için yapılması gereken PCR işlemleri, tüm lokuslar için aynı tüp içinde gerçekleşmelidir (PCR multipleks olmalıdır).
- 6) Analizde kullanılan mikrosatellit gen bölgeleri arasında D3S1358, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, CSF1PO, Penta E, TPOX, Penta D, TH01 ve Amelogenin bölgelerinin yer alması gerekir.
- 7) Kit içinde mikrosatellit bölgelerine ait mevcut allellerin bir karışıklığa meydan vermeden analiz edilebilmesi için 4 farklı renkte floresan-prob kullanılmalıdır.
- 8) Kit içinde PCR için gerekli malzeme bulunmalı ve ayrıca hot-start özellikli DNA polimeraz da test

HAZIRLAYANLAR

Öğr. Gör. Dr. Sanem Gökçen
Erişkin Hematoloji B.D.
Moleküler Hematoloji Laboratuvarı
Sicil No: 28295

ONAYLAYANCI

Prof. Dr. Mustafa
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Hematoloji Öğr. Üyesi
Dip. No: 35243 Dip. Tes. No: 504

miktarına yetecek kadar teslim edilmelidir. Kit ile birlikte, ayrıca uygun floresan boya ile işaretli 600 bazlık büyüklük belirteci de sağlanmalıdır.

- 9) İlgili kalemlere teklif verecek firmalar, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verecektir, teknik şartnameye cevaplar firma antetli kağıt üzerine yetkili kişi imzalı olmalıdır.
- 10) Verilen belgeler ile şartnameye cevaplar arasında uygunsuzluk olması durumunda ilgili firmanın temin ettiği malzeme kabul edilmeyecektir.
- 11) Malzemelerin orjinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- 12) Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir.
- 13) Tüm testler hazır kit formatında orjinal ambalajlı olmalıdır.
- 14) Tüm sistem sarfları üretici firma garantisi taşınmalıdır.
- 15) Önerilen kitlerin üretici firmadan yetki belgesi sunulmalıdır.
- 16) Kitleri sağlayacak firma, kitin sağlandığı firmada eğitim görmüş sertifikalı uygulama uzmanı tarafından, laboratuvar personeline eğitim vermelidir.
- 17) Kit ile birlikte gerekli sarf malzemeler teslim edilmelidir.

a) DNA izolasyon kiti:	75 test
b) SLS (6 ml/kutu) :	2 kutu
c) SS600 (55 µl/kutu):	2 kutu
d) Seperation Gel:	2 adet
e) Seperation Buffer: (120 ml/kutu):	1 kutu
f) 0,2 ml.lik steril PCR tüpü (DNAz, RNAz free):	50 adet
g) 0,5 ml.lik steril tüp (DNAz, RNAz free):	50 adet
h) Steril pudrasız eldiven:	1 kutu
i) 10-100µl'lik steril filtreli pipet ucu (DNAz, RNAz free):	100 adet
j) 0,1-10 µl'lik steril filitreli pipet ucu (DNAz, RNAz free):	100 adet
k) 10-200µl'lik steril filtreli pipet ucu (DNAz, RNAz free):	100 adet
l) Kapiller:	1 adet

1) Kitler ve sarf malzemeler sipariş edildikten sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir.

2)

HAZIRLAYANLAR

Öğr. Gör. Dr. Sanem Gökçen
Erişkin Hematoloji B.D.
Moleküler Hematoloji Laboratuvarı
Sicil No: 26295

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Münir Yılmaz
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Hematoloji Öğr. Üyesi
Dip. No: 35248 Dip. Tes. No: 5047