



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2392025-02-358
Konu : 1 kalem model 1 afez seti alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Kök Hücree Ayırma Saklama Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 14/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 14/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale edkılınmasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat veriliş birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verileyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veyave Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB'da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜBÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET)BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECEKTİR.

TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUYAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Mikodu | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim |
|------|------------|---|--------|-------|
| 1 | J01-014451 | H01016 AFEREZ SETİ, TERAPÖTİK İŞLEMLER İÇİN (MODEL 1) | 60 | ADET |

MENİŞ COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyasıda Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 11/02/2025
Bölüm Adı : Kök Hücre Ayırma Saklama Stoğu

Döküm Tarihi : 11/02/2025 11:41:00

Malzeme Kodu : J01-014451
Malzeme Adı : HO1016 AFEREZ SETİ, TERAPÖTİK İŞLEMLER İÇİN (MODEL 1)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Terapötik Aferez Merkezi

Plazma/Eritrosit Değişim Seti Teknik Şartnamesi

- 1- Set, plazma ve eritrosit değişimi işleminde kullanılacak özellikte olmalıdır.
- 2- İstekli firma, alınan setler bitene kadar, alınan setlerin uygun olduğu cihazın kurumda bulunmaması durumunda, 3 (üç) adet cihazın, mülkiyeti firmada kalmak üzere, merkezde hazır bulunmasını sağlayacaktır.
- 3- Sistem sürekli akım prensibiyle çalışacaktır.
- 4- Sistem işlem sırasında donörün/hastanın boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak toplam kan hacmini hesaplayacak ve ACD-A kullanımını otomatik olarak bu kriterlere göre belirleyecektir. İşlem esnasında hastaya giden ACD-A ana ekrandan takip edilebilecektir.
- 5- Sistem donör/hasta hematokriti değerinin girilmesine olanak sağlayacak ve bu değer ile ayırıştırma arayüzünü otomatik olarak belirleyecektir.
- 6- Cihazda hasta güvenliği ve takibi açısından maksimum ACD-A infüzyon hızını belirleme seçeneği bulunmalıdır. Cihaz bu özelliği sayesinde işlemin hiçbir aşamasında belirlenen değeri geçmemelidir.
- 7- Cihaz terapötik plazma değişim işlemlerinde hasta trombositini korumalı ve trombosit kaybını önleyici özellikte olmalıdır. Birden fazla istekli firma olması durumunda madde 9 kapsamında değerlendirme yapılacaktır.
- 8- İstekli firma, cihazlarla birlikte 2 adet tube-sealerı setler bitene kadar, merkezin kullanımı için temin edecektir.
- 9- Birden fazla istekli firma olması durumunda, cihazdan beklenen özellikler, istekli firmalar tarafından demo yapılarak üniteye sunulmalı ve belgelendirilmelidir. Ayrıca sonuçların uygunluğu kurum tarafından

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üni.Arq. ve Uyg.Merkezi
Kök Hücre Ayırma Saklama
Hatice YALDIZ

[Signature]

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Zübeyde Nuru
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastaneleri
İç Hastalıklar ve Merkezi Laboratuvar
Dip. No: 11552000000000000000

[Signature]

değerlendirilecektir.

- 10- Cihaz yazılımı Türkçe olacaktır ve tüm işlem verilerine aynı anda ulaşmayı mümkün kılan grafik arayüzleri bulunacaktır.
- 11- Cihaz üzerinde toplama ya da uzaklaştırma hatlarındaki eritrosit yoğunluğu, hemoliz riski dahil olmak üzere, denetleyen bir dedektör bulunacaktır.
- 12- Setler teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır.
- 13- Sözleşme süresince alınan ve miatları yaklaşan setler, firmaya 3 (üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktar gözetmeksizin firma tarafından yeni tarihli setler ile değiştirilecektir.
- 14- Tedavi sırasında cihaz ya da set kaynaklı arıza nedeniyle kullanılmayan malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
- 15- Setler etilen oksit gazıyla ya da gamma radyasyon ile steril edilmiş olup özel ambalajı içinde kullanıma sunulacaktır.
- 16- İstekli firma, setler ile birlikte gerekli olacak fistül ve set başına 1500 ml ACD-A' yı merkeze teslim edecektir.
- 17- Setler CE Sertifikasına sahip olmalıdır.
- 18- Cihazlar modelinin en yeni versiyonu olacaktır. Periyodik bakım ünitenin ihtiyacı doğrultusunda, ünitenin istediği zamanlarda ve sıklıkta yapılacaktır.
- 19- Teknik hizmetler 24 saat kesintisiz sağlanabilmelidir. Cihazlarda meydana gelen arızaların tamir işi 3 günü geçecek olursa firma çalışmayan cihazın yerine çalışır durumda yeni bir cihazı merkezin kullanımına sunacaktır.
- 20-

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üst. Arp. ve Uyg. Hastanesi
Kök Hücre Ayırma Saklama
Hatice YALDIZ



Hemşire Hatice YALDIZ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Zübeyde Nur ÖZKÜ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hastalıkları ve Hematoloji Bölümü
No: 12553 Dip. Tes. No: 12553

