



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 228 2024-10-3599
Konu : Teknik Servis (Acil Servis) için Defibrilatör Bataryası Alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Biyomedikal Şişe
Son Teslim Tarih & Saat : 17/10/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 15/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profirma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının takamla ve yazıyla yazılması
- 5-Uzerimde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerle imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi .
- 8-Teklif verilen malzemelerin ,idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu ,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.

TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-063658	DEFİBRİLATÖR BATERİYASI.	1	ADET

Memis COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opşyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihbis.gazi.edu.tr

Şarjname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYA ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek batarya Nihon Kohden marka TEC-5521K model defibrilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- 12 V 2800Ma özelliğinde olacaktır.
- 3- Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 5- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 6- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7- Teslim edilecek defibrilatör cihazı bataryası orijinal olacaktır.
- 8- Yüklenici defibrilatör cihazı bataryası depoya teslim edilmeden önce, defibrilatör cihazı bataryasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 9- Defibrilatör cihazı bataryası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 10- Üretim tarihinden itibaren 6 Ay geçmemiş olacaktır.



GATA Genel Sekreteri
Sağlık Araştırmaları ve Uygulamaları
Tıbbi Cihazlar Birimi
Göğüs Hastalıkları
T.C. Sağlık Bakanlığı

