

PACE ELEKTRODU
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek Pace Elektrodu, Philips marka DFM100 model defibrillatör cihazına uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
3. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
4. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Pace Elektrodları yetişkin hastada kullanıma uygun olacaktır.
6. Pace Elektrodu hasta vücuduna yapıştıktan sonra en az 24 saat kalabilecek yapıda olacaktır.
7. Pace Elektrodlarının bozulmamasını önleyecek ve jelin kurumamasını sağlayacak özel steril koruyucu kapalı ambalaj içinde olacaktır.
8. Pace Elektrodlarının ambalajları hava geçirmez yapıda olup son kullanma tarihi açık olarak belirtilmiş olacaktır.
9. Pace Elektrodlarının üretim tarihi üzerinden en fazla 3 ay geçmiş olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen

Hakan BEYİLLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri