



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 239/2025-02-364
Konu : 2 kalem kemik çimentosu alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stajyeri
Son Teslim Tarih & Saat : 17/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 14/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- T.(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakama ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltme bulunmaması,
- 6- Adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilil kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem için ayrı ayrı TTÜBB'de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEDİR.

TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GÖSTERİLMELİDİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hasanesesalinma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim
1	J01-010049	LA53220 KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR.	300	ADET
2	J01-010773	AP5180 KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLU STANDART-40 GR. PMAA.	300	ADET

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyasında Sunulmaktadır.

J01-010049 KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Akrilik bazlı radyopak kemik çimentosu kıvamıyla ve çalışma süresiyle standart viskozite olarak diz protezi için ve düşük viskozite olarak kalça protezi için çimentolama işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Poli-metil metakrilat polimer ve Methyl Methacrylate monomer bileşenlerinden oluşmalıdır.
- 3-Steril paket içerisinde toz ve likit ile birlikte biyoyumlu karıştırıcı blaster ve karışımın yapılması için tozu muhafaza edebilecek yine biyoyumlu blaster (kase) bütünü kit halinde yine steril olarak hazır olmalıdır.
- 4-Kemik çimentosu radyopaklaştırıcı madde içermelidir.
- 5-Likit ürünler kesinlikle Aseptik Filtreden geçirilmiş olmalıdır.
- 6-Düşük viskoziteli kemik çimentosu çimento tabancası ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 7-Kemik çimentosunun toz olarak 40 gr ve likit olarak 20ml olarak 2/1 oranında olmalı ve tekli paketlerde olmalıdır.
- 9-Ürün çift steril paket içerisinde olmalıdır. Likit malzemenin ampulunun kırılmasını engellemek için sert pet malzeme içerisinde olmalıdır.
- 10-Çift kat olarak paketlenmiş olan ürünler kartuşlu olmayan Etilen oksit gaz ile steril edilmiş olmalıdır.
- 11-Kutu içerisinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
- 12-Ürün en az 3 yıl mıatlı olmalıdır.
- 13-Kutu üzerinde ürüne ait lot numarası--referans numarası--ürünün açık adı--üretim tarihi--son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 14-Ürünler serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Isı ve ışık gibi fiziksel etkilerden uzak tutulmalıdır.
- 15-Ürünler Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun(93-42-EEC) nitelikte CE belgelerine ve Akredite ISO-13485 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
- 16-Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (UTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ayrıca SGK ödeme sisteminde SUT Kodu eşleştirmesi yapılmış olmalıdır.
- 17- Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Dr. Dr. Hakan ATALAR



Ebru GÜLİŞ KARACELİ
Ameliyat Birim Sorumlusu

