



2024-10-3692

TALEP MÜZAKERESİ



İstem Tarihi: 21/10/2024

İstek No : 28509
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26621

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Erişkin Hematoloji Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM00127	SANTRİFÜJ CİHAZI TAMİRİ.	0		ADET	1		

...../...../2024

Doc.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı

HETTİCH MARKA UNİVERSAL 320 MODEL SANTRİFÜJ

TAMİRİ ŞARTNAMESİ

1. İstekli tamir işi ile ilgili Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriminin eşliğinde Hettich marka Universal 320model arıza tespitinde bulunacaktır.
2. Tespitte bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Santrifüj çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Tamiratu yapılan santrifüj için 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Santrifüj yükleniciye teslimden sonra en fazla 30 gün içinde tamir ve bakımı yapılarak Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi çalışır durumda teslim edilecektir.
6. Santrifüj çıkan parçaları Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

Murat DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni