



2024-10-3717

TALEP MÜZAKERESİ



İstem Tarihi: 18/10/2024

İstek No : 28500
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26620

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Radyasyon Onkoloji Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.


Selçuk DUNBON
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7071	SU FANTOM CİHAZI TAMİRİ	0		ADET	1		

...../2024
Doç.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı

SU FANTOM CİHAZI TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Radyasyon Onkoloji Ünitesinde kullanılan PTWFREIBURG marka su fantom cihazı arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir..
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Gazi Üniversitesi
Murat ÇALLI
Elektrik Elektronik Mühendisi


Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma
Tıbbi Cihaz
Biyomedikal