



**T.C**  
**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi**

**TEKLİF İSTEM FORMU**

İstem No/Alım No : 229.3924-10-3721  
Konu : 1 kalem kbb ventilasyon tüpü alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Şoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 28/10/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 29/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB da/ UTSde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konularında olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konularında olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
- TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUYAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011578	KB1012 KBB VENTILASYON Tüpü (T- TİP)	25	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihales.gazi.edu.tr  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 22/10/2024  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 22/10/2024 10:29:00

**Malzeme Kodu** : J01-011578  
**Malzeme Adı** : KB1012 KBB VENTİLASYON TÜPÜ (-T- TİP)

(J01-011578)

GOODE T- TUBES TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali silikon olmalıdır. Paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 2- İleri doğru eğilen yumuşak flanşları sayesinde dar insizyon boyunca girişimi ve rahat çıkarılmasına olanak sağlamalıdır
- 3- Flanşları tüpü TM pozisyonunda tutarken aynı zamanda erken ekstrüsyonda oluşabilecek değişimi engellemelidir.
- 4- Ölçüleri iç çapı 1.14mm (+/- 0,1mm), flanş çapı 9.0mm(+/- 0,1mm), uzunluğu 12.0mm (+/- %10) olmalıdır. Paket üzerinde iç çap yazılı olmalıdır.
- 5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Rengi yeşil olmalıdır.
- 7- Paket üzerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarası, adı, üretici firma adı, ürün iç çapı, materyali, LOT numarası, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- 8- Steril tekli paketlerde 5'lik kutularda bulunmalıdır.
- 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- 10- Ürün paket içinden rahatlıkla görülebilmelidir.
- 11- Ürün numune değerlendirilerek alınacaktır. Değerlendirmede ürünün kullanım kolaylığı ve vakada sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Bakanlığı

PAZARCI İZMİR YATIRIMCI  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
22/10/2024 10:29:00

ONAYLAYAN

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi