



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA
Tekniker



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26620
İşlem Tarihi : 09/10/2024

İstem No	28392	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Biyomedikal Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Uğur ÜNAL	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını yaptırılmasına emir ve müsaade edilmiştir. **SARF ÇIKIŞI** Hastane Müdürlüğü

İstem Bilgileri				Sut Bilgileri				Son Alış Bilgileri				Stok Bilgileri				Tüketim Bilgileri				Alım Şekli	
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst. Depo	D.Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim	Geçmiş Yıl Ort.	Aktif Yıl Tüketim	Aktif Yıl Ort.				
1	0	J06-064584 MANŞON (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN)	0	10	ADET	0	0	18/07/2024	165	0	234	234	234	3	2	88	18				
2	0	J06-064584 MANŞON (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN)	0	10	ADET	0	0	18/07/2024	165	0	234	234	234	3	2	88	18				
3	0	J06-064584 MANŞON (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN)	0	7	ADET	0	0	18/07/2024	165	0	234	234	234	3	2	88	18				

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

DEPO GÖRÜŞÜ/...../..... İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi
	Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi İlhan KARAKAYA Taşınır Kayıt Yetkilisi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

22.10.2024 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Yrd.	22.10.2024 Gülten ÖZDEN Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü Hastane Müdürü	22.10.2024 Seyhan KARAKAYA Satınalma Komisyon Başkanı
---	--	---

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.

HASTABAŐI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŐONU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Drager marka Infinity C500 model hastabaŐı monitörünün Infinity M450 model modülüne ve monitöre uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon manőonları monitöre baėlanan tansiyon hortumları ile beraber takım olacaktır.
3. Xsmall boy 12-19 cm ebatlarında olacaktır.
4. DıŐ kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
5. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Anti alerjik olmalıdır.
7. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
8. İç manőonla beraber olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundandır. Teklifler numuneye göre deėerlendirilecektir.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri deėerlendirilmeyecektir.
11. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma orijinal olduėuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
12. Kutulu ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
13. Fabrikasyon hatalarına karŐı garantili olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Saėlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker




Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Saėlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri



HASTABAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Infinity C500 model hastabaşı monitörünün Infinity M450 model modülüne ve monitöre uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon manşonları monitöre bağlanan tansiyon hortumları ile beraber takım olacaktır.
3. Xxsmall boy 8-13 cm ebatlarında olacaktır.
4. Dış kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
5. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Anti alerjik olmalıdır.
7. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
8. İç manşonla beraber olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Teklifler numuneye göre değerlendirilecektir.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
11. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
12. Kutulu ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
13. Fabrikasyon hatalarına karşı garantili olacaktır.

GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker



Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri



HASTABAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Infinity C500 model hastabaşı monitörünün Infinity M450 model modülüne ve monitöre uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon manşonları monitöre bağlanan tansiyon hortumları ile beraber takım olacaktır.
3. Small boy 17-25/29 cm ebatlarında olacaktır.
4. Dış kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
5. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Anti alerjik olmalıdır.
7. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
8. İç manşonla beraber olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Teklifler numuneye göre değerlendirilecektir.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
11. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
12. Kutulu ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
13. Fabrikasyon hatalarına karşı garantili olacaktır.

GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker



Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Tekniker

