



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 229/2024-10-3756  
Konu : 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Ortopedi Polikliniği Stogu  
Son Teslim Tarih & Saat : 01/11/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 31/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protorma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açılımla ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili itihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.  
\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikolu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01G682	PRP KAN AYIRACI KİTİ	100	ADET

Memiş COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihis.gazi.edu.tr  
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

## PRP KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Trombositten zengin plazma elde etmek için kullanılan malzemenin tüp değil kit olması gerekmektedir.Ürünün dizaynı kum saatine benzer şekilde olmalı ve bu sayede orta hattaki dar kısmında"buffycoat"kolayca enjektöre çekilebilmelidir.
- 2-PRP Kiti, tüpleri için CE sertifikalı ve UTS ye kayıtlı olmalıdır
- 3-Ürünler kapalı sistem steril tekli orijinal ambalaj içinde sunulmalıdır, her bir kit tek kullanımlık olmalıdır.
- 4-PRP Kiti içerisinde 1 adet 15 ml kan alma kapasiteli, kapalı Unique model gama steril tüp(kum saati şeklinde) olmalıdır.
- 5-PRP tüpüne 15 ml kan şırınga ile hastadan alınıp içerisine aktarılmalıdır .
- 6- Prp kit seti içerisinde sarf malzemeleri bulunmalıdır (20cc enjektör, dispozble iğne, iğne uçları,prp tüpü, antikoagulan solüsyonu vb. )
- 7-Ürüne uygun santrifüj 5-8 dakika içerisinde tek santrifüj ile trombositten zengin plazmayı en kısa sürede parçalamadan elde etmelidir. Trombositten zengin plazma elde edilmesinde santrifüj sonrasında kit kan örneği 3 e ayırmalıdır. Bu ayırım eritrosit-trombositten zenginleştirilmiş plazma plazma şeklinde olmalı %99 konsantrasyonlu prp elde edilmelidir.
- 8-En ideal PRP yi elde etmek için kan alınan tüpler 1600 RCF de 8 dakikada elde edilmeli ve buffy coat kısmı net görülmelidir.
- 9-Kit oda ısısında saklanabilecek özellikte olmalıdır.
- 10-Ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
- 11-Ürüne uygun santrifüj cihazı kitlerle birlikte hastaneye teslim edilmelidir. Santrifüj cihazının kalibrasyonu yapılmış olmalı ve 6 ayda bir kalibrasyon tekrarlanmalıdır.
- 12-Prp kitinin teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl raf ömrü olmalı ve miadının dolmasına 3 ay kalan kullanılmayan malzemeler firma tarafından yeni tarihlilerle ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Hakan ATALAR.  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Beylikdüzü Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Dip. No: 19967 Dış. Tes. No: 84185

Doç. Dr. Alimcan BAYMUKTA  
T.C. S.Ü. Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 19977/01 Dış. Tes. No: 14872