



TALEP MÜZAKERESİ

2024-11-3793

İstek No : 28562  
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu  
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU  
Tipi : Hizmet  
Birim Telefonu : 26620

İstem Tarihi: 24/10/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Dahiliye İzolasyon Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN  
Hastane Müdürü


SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM0024	POWER SUPPLY TAMİRİ	0		ADET	1		

...../...../2024

Hüseyin Göğüt  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

POWER SUPPLY TAMİRİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dah.İzolasyon YB Ünitesinde kullanılan Ventilatör cihazı power supply arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen power supply 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. İstekliler tamir yapılan power supply çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
6. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Tıbbi Cihaz  
Ömer MURCA  
