



TALEP MÜZAKERESİ

2024-11-3801

İstek No : 28551
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26620

İstem Tarihi: 24/10/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına arz ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM0022	HASTABAŞI MONİTÖRÜ MODÜL TAMIRI	0		ADET	1		

...../...../2024

Doç. Dr. Hüseyin GÖBÜR
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Stoğu Sorumlusu

HASTABAŐI MONİTÖRÜ MODÜL TAMİRİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Hastanemiz Yeni Dođan YB Ünitesinde kullanılan GE marka PDM model SA311236095GA seri numaralı hastabaŐı monitör modülleri arızalanmıŐtır.
2. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri deđerlendirilmeyecektir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir verecektir.
6. Cihazın deđiŐen parçaları orijinal olacaktır. DeđiŐen parçaların orijinal olduđuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
7. İstekliler tamir yapılan cihazı çalıŐır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
8. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
9. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sađlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen

