



TC
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 231.2024-11-3922

Konu : 1 Kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depolanı / Ameliyathane Stoju

Son Teslim Tarih & Saat : 15/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılı, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konularında olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konularında olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKLERİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKLERİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKLERİR.
ÖDEMELER MAL İMAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :haslanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01G970	ANTI BASINÇ HASTA POZİSYONERİ OMURGA	1	ADET

Mehmet ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklil Dosyada Sunulmaktadır

MULTİBLOK OMURGA POZİSYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birbirinden bağımsız en az 8 farklı bloktan oluşmalı ve bu bloklar radyolusent plaka üzerinde istenen şekilde düzenlenerek hasta morfolojisine adapte olabilmelidir.
2. Alerjen silikon, plastizer ve lateks içermemelidir. Bu husus orijinal dokümanlarda gösterilmelidir.
3. Servikal ve lomber omurga ameliyatlarında iyi respirasyon ve dolaşıma yardımcı olmalıdır.
4. Hastanın ameliyat masasında itinalı ve doğru pozisyonda tutulmasına imkan verirken, aynı zamanda sinir sisteminin ve basınçtan dolayı oluşabilecek ağrılardan korunmasına yardımcı olmalıdır.
5. Dolaşım bozukluklarından kaynaklanan decubitus ülseri oluşumunu engellemelidir.
6. CE standardında olmalı ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
7. Plaka en büyük halinde en az 900x460x120 mm olmalı ve farklı blok gruplarında pediatrik hastalarda da kullanılabilir.
8. Bloklar üzerinde hava çıkışı ve orijinal formuna dönüşünü sağlayan birer delik bulunmalıdır.
9. Bloklar ameliyathaneye uygun ultrasonik dikişli kılıf içerisinde olmalı, böylece kan ve diğer dış etmenlerden kaynaklı sıvı ve kir girişi olmamalıdır. İstenirse her bir blok için hidrofobik özellikli silinebilir ve yıkanabilir ilave kılıf da firma ürün gamında bulunmalıdır.
10. Çerçeve ile birlikte tamamlayıcı olarak en az 230x200x115 mm ebatlarında olmak üzere baş desteği, 600x160x600 ebatlarında olmak üzere kol desteği, 500x140x140 ebatlarında olmak üzere bilek desteği ve 500x220x70 ebatlarında olmak üzere diz desteği verilmelidir.
11. Sağlık Bakanlığı onayına sahip olmalıdır.

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

D. Alim Can Beymez
0177701