



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 231-2024-11-3932  
Konu : Ameliyathane Ünitesi için Ameliyat Masası Ayaklık Tutucu Alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Şoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 18/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 15/11/2024

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS de Sağlık Bakanlığı, tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİDİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-066770	AMELİYAT MASASI İÇİN AYAKLIK TUTUCU.	1	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihsis.gazi.edu.tr  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

## JİNEKOLOJİK BACAK DESTEĞİ VE AÇI AYARLI SABİTLEMELİ KLEMP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jinekolojik bacak desteği; ameliyat masaları, jinekolojik hasta muayene koltukları ve hasta yataklarında kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Siyah renk düz desenli olmalı, silme ve dezenfektanlara karşı dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Poliüretan minder 310mm x 255mm ölçülerinde oval bir yapıya sahip olmalı ve minder derinliği 55mm ( $\pm 2$ mm), minder kalınlığı 25mm ( $\pm 2$ mm) olmalıdır.
4. Poliüretan minder içerisinde 1,5mm bükümlü sac kullanılmalı ve sac üzerine 24mm çapında 25mm uzunluğunda dış ölçüsü M14 olan özel imalat 303 kalite malzemeden imal edilmiş somun bulunmalı ve sac üzerine kaynaklı olmalıdır.
5. Sabitleme çubuğu 304 kalite paslanmaz malzemeden imal ve 90° bükülmüş olmalıdır.
6. Sabitleme çubuğun boyu 760mm ( $\pm 10$ mm), çapı 16mm olmalıdır.
7. Sabitleme çubuğu üzerine kaynaklı özel imalat 303 kalite paslanmaz çubuktan imal edilmiş 30mm çapında 35mm uzunluğunda soket kaynaklı olmalı ve soket altında M10 diş bulunmalıdır.
8. Sabitleme çubuğu soketin üst kısmına sıkılacak şekilde 35mm çapında 27mm boyunda özel imalat soket montaj edilmeli ve içerisinde  $\varnothing 22$  malzemeden imal M14 dişli bulunan küresel mafsal bulunmalı ve minderin montajında kullanılmalıdır.
9. Jinekolojik bacaklık minderi, sabitleme vidası, özel imalat paslanmaz çelik M10 vida ve  $\varnothing 8$ mm paslanmaz çubuktan oluşmalıdır.
10. Jinekolojik bacak sabitleme çubuğuna özel imalat soket parçası argon kaynak ile sabitlenmeli ve yüzeyi polisaj işlemi ile temizlenmiş olmalıdır.
11. Klemp 304 kalite paslanmaz çelik döküm malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
12. 10x25 mm ve 8x30 mm raylara uygun olmalıdır.
13. Klemp masa yan rayına her hangi bir yerden kaydırmaya gerek olmadan kolaylıkla takılıp, sökülebilmelidir.
14. Klemp üzerinde cırcır dişli olmalı ve istenilen yerde sabitlenebilmelidir.
15. Aksesuar sıkma yeri 16mm aksesuar çubuğunu sıkmalıdır.
16. Klemp masa rayını ve üzerine takılan aksesuarı eş zamanlı olarak kombine sıkmalıdır.
17. Sıkma kolu M10 dişli ve paslanmaz çelik olmalıdır.
18. Sıkma kolu aksesuarın takılmasına engel olmamalıdır.
19. Klemp 84mm X 36 mm ( $\pm 1$ mm) kancalı ön parçası ile raya basan tarafı 12,5 mm ( $\pm 1$ mm) 2 adet pimli olmalıdır.
20. Cırcır aksesuar sıkma yeri  $\varnothing 36$ mm( $\pm 1$ mm) çapında, en az 36 adet ( $\pm 1$ ) 2 adet dişli çentik olmalıdır.
21. Dişli çentikler birbirlerine düzgün olarak oturmalı ve yerinden çıkmamalıdır.
22. Sıkma kolu merkezi M10 dişli parça üzerinde hareketli iki başı pres baskılı kapaklı olmalıdır.
23. Klemp malzemeleri komple ters elektroliz kaplama yapılmış olmalıdır.
24. Ürün uygunluğu kullanıcı tarafından numune görülüp demo yapıldıktan sonra verilecektir

Doc. Dr. Gülşen KARAVELİ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Gazı Hastanesi  
Ameliyathane Birim Sorumlusu  
Dip. No: 3100 Dip. İst. No: 05003

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu