

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ  
ALT ÜST BASINÇ SWİCH ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model reverse ozmosis AT 90 su sistemi alt üst basınç swich alımı için teklif verecektir.
2. Alt üst basınç swich 220V ¼ 0-16 bar olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 4 adet olacaktır.

A. Emin ÜSTÜN  
Saglık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Biyomedikal Birim  
Biyomedikal Teknisyent

GAZİ ERKENTEP  
Saglık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Biyomedikal Birim  
Biyomedikal Teknisyent

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ  
HİDROFOR POMPA KONTROL PANELİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model reverse ozmosis AT 90 su sistemi hidrofor pompa kontrol panel alımı için teklif verecektir.
2. Güç kaynağı 220V ¼ 0-16 bar olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 1 adet olacaktır.

A. Ersin ÖZTÜRK  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma Merkezi  
Biyomedikal Birimi

Kaan KÖKÇÜ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma Merkezi  
Biyomedikal Birimi

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ AT  
90 REÇİNE MEMBİRAN KARTUŞ GRUBU

ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model reverse ozmosis AT 90 su sistemi reçine membran kartuş grubu alımı için teklif verecektir.
2. 24x12 membran 2,20“karbon filtre 2, 20“ polipropilen filtre 1,12 AT 90 sisteme uyumlu reçine membran kartuş olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 6 adet olacaktır.

A. Ersin ÜSTÜN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

Kemal  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ  
SELONOİD VALF ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model reverse ozmosis AT 90 su sistemi Selonoid Valf alımı için teklif verecektir.
2. Saf su özelliğini bozmayacak yapıda nk ½ 16 bar 220V enjektörlü valf olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 2 adet olacaktır.

A. Emin ÜSTÜN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Saglık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

Kaan  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Saglık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ SU BAĞLANTI APARATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model Reverse Ozmosis AT 90 su sistemi Pvc Fittings için teklif verecektir.
2. ¼ Ölçüde çek valfli hızlı geçişli 120lt/h olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse Ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 20 adet olacaktır.

A. Ersin İSTİON  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Biyomedikal Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

Kaan HOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Biyomedikal Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ  
MOBİL RO TEKERLEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model Reverse Ozmosis AT 90 su sistemi Mobil Ro Tekerliđi için teklif verecektir.
2. Şarhoş yapıda 120 mm kilitli mevcut sisteme uyumlu olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse Ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 8 adet olacaktır.

A. Ersin ÜSTÜN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

İNŞİN ÖZÜCÜ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

MAVİ DERE MARKA MD 1500 MODEL REVERSE OZMOSİS SU SİSTEMİ UV  
LAMBA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler Mavi Dere marka md 1500 Model reverse ozmosis AT 90 su sistemi reçine membran kartuş grubu alımı için teklif verecektir.
2. 220 V 50 Hz gph 846 T/5 model olacaktır.
3. Su sistemi ünitesi çalışır ve sağlam şekilde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
4. Mavi Dere Marka md 1500 Model Reverse ozmosis su sistemi ünitesine bire bir uyumlu olmalıdır.
5. 4 adet olacaktır.

A. Ersin USTUN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Fizyoloji Bilim Dalı  
Biyomedikal Teknoloji

Kaan KOC  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Fizyoloji Bilim Dalı  
Biyomedikal Teknoloji