

## EKG CİHAZI EKG KABLOSU ALIM ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Kardiyoloji Polk. Ünitesinde Kullanılan GE marka MAC-2000 model EKG cihazı kablosu yedek parça alımı için oluşturulmuştur.

### GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini [hastanesatinalma@gazi.edu.tr](mailto:hastanesatinalma@gazi.edu.tr) adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura ve sipariş formunu Hastanemiz Merkez Depo Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

### TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler numune göndermek zorundadır.
8. 10'leadli olacaktır.
9. EKG kablosu renk kodları kablo uçlarında yazacaktır.
10. En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
11. İlan bitiş tarihinden itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde numune göndermeyen isteklilerin teklifleri , hizmet kalitemizin uzamaması , hastalarımızın tanı, teşhis ve tedavilerinin aksamaması için değerlendirmeye alınmaz.
12. İstekliler ürünlerinin orijinal veya uyumlu ürün mü olduklarını proforma teklif üzerine okunur şekilde yazacaklardır.
13. İstekliler numune teslimini " **NUMUNE DEĞERLENDİRME FORM** " belgesini Tıbbi cihaz Bakım Onarım Biriminden alarak bu belgeyle teslim edecektir.
14. Ürün değerlendirmesi numuneye göre yapılacaktır.
15. Teklif edilen ürünler kullanılmamış ve ambalajında olmalıdır.
16. Numuneler firmadan istenilen adete , takıma vs. dahil edilemez.
17. Numune değerlendirilirken gönderilen ikinci el malzemelerin , teknik değer sapmalarından hastanemiz sorumlu tutulamaz.
18. Numuneler istekliye ürün tesliminde , gelen ürünlerle karşılaştırılarak teslim edilir.
19. Teklif edilen malzemeler üretim hatalarına karşı 6 ( altı ) ay garantili olacaktır.
20. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
GÖKHAN ÖZDEMİR  
T. 0312 202 74 52